

**SEGUNDA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-020/2023 PARA
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO**

**Salud
Zapopan**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**SEGUNDA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO,**

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 04 de octubre del año 2023, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro., C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Marisela Ramírez Vega	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Dr. Juan Alfonso Cárdenas Ramos	Director Médico El requirente



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 2134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

Empresa	Nombre de quien asiste
SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO PULIDO ZAVALA


NOTA ACLARATORIA

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

1.- BIOMÉDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	ANEXO 5. Renglón 28 NEGATOSCOPIO 1 PLACA, para el punto "estructura de acero inoxidable", se le solicita a la convocante que se acepten estructuras de aluminio debido a que es un material más ligero. RESPUESTA – FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
2	ANEXO 5. Renglón 28 NEGATOSCOPIO 1 PLACA, para el punto "iluminación con lámpara o tubo fluorescente" se le solicita a la convocante que se modifique la descripción a iluminación con





**SEGUNDA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-020/2023 PARA
LA ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO**

**Salud
Zapopan**



**Gobierno de
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Ferah No. 550
Col. Villa de los Betenes
C.P. 45157
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 39

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**
Carretera Satillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA.
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.J
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485


Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

	<p>lámparas LED, debido a que estas se consumen de un 80 a un 90% menos de energía que las lámparas halógenas, además de que no requieren de balastos y la iluminación es más estable.</p> <p>RESPUESTA. -FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>
3	<p>Anexo 5. Renglón 35 BÁSCULA ELECTRÓNICA PEDIÁTRICA 30 KG, para el punto "Capacidad 30 kg". Se solicita a la convocante que se acepte una capacidad de máximo 20 kg, debido a que el peso medio de un bebé recién nacido a un niño de 2 años es de 3.5 kg a 12 kg, y pasando esa edad, lo ideal es utilizar básculas de piso.</p> <p>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
4	<p>Anexo 5. Renglón 37 ESTETOSCOPIO DE CAMPANA DOBLE NEONATAL para el punto "Diafragma estándar 2.7 cm y campana abierta tradicional de 1.9 cm". Se solicita a la convocante que se acepte una tolerancia de +/- 0.5 cm en el diámetro del diafragma y de la campana.</p> <p>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
5	<p>En el punto TIEMPO DE ENTREGA "Las entregas deberán realizarse en máximo 30 días hábiles posteriores a la notificación del fallo". Se le solicita a la convocante que se acepte la extensión del tiempo de entrega de al menos 60 días hábiles debido a temas de logística.</p> <p>R.- SE ACEPTA EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA A NO MAS DE 45 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, SIN DERECHO A EXTENSIÓN NI PRORROGA</p>

2.- SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente: Propuesta técnica.</p> <p>Dice: EL LICITANTE en cada Ficha Técnica que oferte deberá señalar los rubros solicitados, referenciando e indicando las páginas donde se encuentren las características solicitadas en el manual, folleto, catálogo, instructivos u hojas de datos.</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que para efecto de facilitar la evaluación técnica correspondiente se permita presentar únicamente las páginas donde se encuentren las especificaciones técnicas requeridas de los bienes solicitados. ¿Se acepta?</p> <p>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>





**SEGUNDA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-020/2023 PARA
LA ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO**

Salud
Zapopan



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 35816 2200, ext. 3906 y 3907

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 39

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero Pta. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Caneleja Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 6323 y
33 3624 6324


CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.salud.zapopan.gob.mx

2	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente: Descripción de los artículos.</p> <p>Entendemos que, para mayor facilidad en el proceso de evaluación, así como en el referenciado de las especificaciones técnicas solicitadas, el licitante podrá numerar de manera consecutiva las características establecidas en el presente anexo y en cada una de las partidas ofertadas. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
3	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente: Descripción de los artículos.</p> <p>Partida 14. Equipo para anestesia Dice: Con vaporizador regulable para gases anestésicos halogenados (sevoflorane-desflorane).</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante que se permita ofertar equipo con vaporizador de sevoflorane y soporte habilitado para opción de crecimiento a futuro de vaporizador de desflorane, esto considerando que el proceso de inducción anestésica se realiza principal y comúnmente con el vapor sevoflorane debido a su fácil surtimiento por las unidades médicas y cualidades farmacocinéticas en todo tipo de pacientes. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p> <p>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
4	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente: Descripción de los artículos.</p> <p>Partida 14. Equipo para anestesia Dice: Ventilador manual y mecánico de 6 modos de ventilación.</p> <p>Pregunta: Entendemos que para garantizar la correcta visualización de parámetros ventilatorios de los 6 modos solicitados se deberá ofertar un equipo con pantalla de al menos 10" ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
5	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente: Descripción de los artículos.</p>

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]





**SEGUNDA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-020/2023 PARA
LA ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO**

**Salud
Zapopan**



**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 39

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45160
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

	<p>Partida 14. Equipo para anestesia Dice: Con monitor de signos vitales Pregunta: Entendemos que con la finalidad de contar con la capacidad de desplegar los parámetros de monitorización hemodinámicos solicitados en la presente convocatoria se deberá ofertar un monitor con pantalla de al menos 12.1" de tamaño ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>
6	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente: Descripción de los artículos. Partida 14. Equipo para anestesia Dice: Ventilador manual y mecánico de 6 modos de ventilación. Pregunta: Entendemos que el equipo para anestesia deberá contar con un sistema de calefacción en el sistema de respiración para evitar condensación en el circuito y garantizar la seguridad del paciente ante posible acumulación de bacterias en el tubo endotraqueal ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>
7	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente: Descripción de los artículos. Partida 14. Equipo para anestesia Dice: Con monitor de signos vitales Pregunta: Entendemos que el monitor de signos vitales ofertado deberá ser de la misma marca que la máquina de anestesia para garantizar la compatibilidad en el uso de los mismos durante un proceso quirúrgico. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R. ES CORRECTA SU APRECIACION</p>
8	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente: Descripción de los artículos. Partida 14. Equipo para anestesia Dice: Con monitor de signos vitales Pregunta: Entendemos que el monitor de signos vitales deberá de tener una alta capacidad de funcionamiento para garantizar la seguridad del paciente, siendo un mínimo de 4 horas de duración con batería, ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>





Salud
Zapopan

SEGUNDA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-020/2023 PARA
LA ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO

R.- FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 13:20 horas del 04 de octubre del 2023.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Marisela Ramírez Vega Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Dr. Juan Alfonso Cárdenas Ramos Director Médico	
Jorge Alberto Pulido Zavala Representante de la empresa Soluciones Biomédicas Ammed, S.A. de C.V.	

-----FIN DEL ACTA -----



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3533 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38516 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3601 9471 y 33 3134 4800, ext. 3923

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Sañillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

