

Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-020/2023
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO,**

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 31 de agosto del año 2023, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro., C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
David Rodríguez González	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Juan Alfonso Cárdenas Ramos	Representante de la Dirección Médica. El requirente
Adrián Perfecto Ramos	Representante del área Biomédica
Virginia Ortiz Arrona	Jefa de Enfermería
Alfredo Bismark Plascencia	Jefe de Anestesiología



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3525
C.P. 45060, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3720

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.R. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Callejón Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:


EMPRESA	NOMBRE DE QUIEN ASISTE
Comercial de Especialidades Médicas S.A. de C.V.	Sergio Armando Gutiérrez Macías
Juan Pablo Orozco Escobedo	Víctor Eduardo Orozco Martínez
Sanabria Corporativo Medico S.A de C.V	Salvador Sanabria Pizano
Absten Diagnostik S.A. de C.V.	Jesús David González Esqueda
Soluciones Biomedicas Ammed S.A de C.V.	Andrea Anahí Hernández Quiroz
Medeq Medical Equipment and Suplies S.A. de C.V.	Héctor Gibran Díaz Muñoz

NOTA ACLARATORIA:

Se hace la aclaración que en el renglón 4 CAMA DE HOSPITAL, dice: dimensiones de la cama +/- 55 longitud total 230cm ancho total 105 cm. Sin embargo, lo correcto es lo siguiente: dimensiones de la cama +/- 5% longitud total 230cm ancho total 105 cm.



(Handwritten signatures and initials)



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

En este momento se procede a dar contestación a las preguntas de los licitantes interesados en participar en la presente licitación y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

1.- SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV.

Número:	Pregunta:
1	<p>MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO: Presión arterial, oximetría, frecuencia cardiaca, temperatura, frecuencia respiratoria, con pantalla mínimo de 12.1", con batería de respaldo, cables de paciente para presión arterial (varios tamaños) oximetría reutilizable de pulsos, sensor de temperatura.</p> <p>Pregunta. - Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si dentro de la oferta para esta partida es necesario ofertar la base de pared para esta partida?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en bases.</p>
2	<p>MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRAULICA: Respetuosamente solicitamos confirmar la capacidad de levantamiento para esta mesa qx. ya que la misma esta solicitada para 320 kg. (uso bariátrica) Pregunta.- se puede ofertar una capacidad mínima de 200 kg.?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en bases.</p>
3	<p>Entendemos que el ofertar tecnologías superiores a lo solicitado no es motivo de desechamiento de la propuesta. es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- Es correcta su apreciación, siempre y cuando no demerite ni modifique lo solicitado en las bases, pág. 25 último párrafo.</p>
4	<p>Partida 11. Derivado de las recomendaciones en las guías de la American Heart Association en las que se recomienda una energía máxima de descarga para pacientes con alta impedancia transtorácica no mayor a 200J para reducir los riesgos de daño en el músculo cardíaco así como en la piel de los pacientes, así como una entrega de la energía total de la descarga al paciente en no más de 20 ms, solicitamos a la convocante se nos permita ofertar un desfibrilador con tecnología bifásica activa, la cual asegura la entrega de la descarga en el paciente dentro de la ventana de 20 ms recomendados por la AHA y cuenta con una energía máxima de descarga de 270J, la cual protege al paciente de posibles daños, al tratarse de una tecnología superior, ya que 360J es una cantidad de energía obsoleta usada en equipos monofásicos y que pone en riesgo al paciente al usar una cantidad de energía tan extrema en un equipo bifásico con tecnología actual. ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38618 2200, ext. 3908 y 390

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ex

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Sañillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485


Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

2.- BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE CV.

Número:	Pregunta:
1	<p>Anexo 5. Renglón 4 CAMA DE HOSPITAL para el punto " dimensiones de la superficie del paciente 203 cm de largo x 88 cm de ancho como mínimo" Se solicita a la convocante que se acepte una tolerancia de +/- 5% en las dimensiones.</p>



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

	R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación, a lo estipulado en la superficie del paciente.
2	Anexo 5. Renglón 4 CAMA DE HOSPITAL para el punto "Dimensiones de la cama +/- 55 longitud total 230 cm, ancho total 105 cm" Se solicita al convocante que se acepte una tolerancia de +/- 10 cm en las dimensiones. R.- No se acepta su propuesta. Las dimensiones de la cama son +/- 5% longitud total 230 cm.
3	Anexo 5. Renglón 6 CAMILLAS para el punto "Dimensiones de la superficie del paciente 190cm de largo x 64 cm de ancho" Se solicita a la convocante que se acepte una tolerancia +/- 5% en las dimensiones de la superficie del paciente R.- No se acepta su propuesta. Las dimensiones de la cama son +/- 5% longitud total 230 cm.
4	Anexo 5. Renglón 6 CAMILLAS para el punto "Dimensiones de la camilla con barandales arriba de +/- 5% longitud total 215 cm. ancho total 80cm" se solicita que se acepte una tolerancia de +/- 10 cm en las dimensiones. R.- No se acepta su propuesta. Las dimensiones de la cama son +/- 5% longitud total 230 cm.
5	Anexo 5. Renglón 9 CARRO ROJO para el punto "Dimensiones longitud entre 78 y 90 cm, ancho entre 55 y 65 cm, altura entre 85 y 95cm" se solicita a la convocante que se acepte un rango de +/-10% debido a que con estas dimensiones se adaptan mejor los medicamentos e insumos que deben ir en los carros. R.- No se acepta su propuesta. Las dimensiones del carro rojo son +/- 5% longitud total 230 cm.
6	Anexo 5. Renglón 13 ELECTROCARDIOGRAFO para el punto "Batería recargable para al menos 30 estudios" se solicita a la convocante que se acepte capacidad de batería de 2 horas de trabajo continuo, ya que medir la capacidad de la batería por cantidad de estudios es un tiempo muy relativo. R.- Favor de apegarse a las bases.
7	Anexo 5. Renglón 17 ESFIGMANOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE ADULTO/ PEDIATRICO para el punto "Mangueras o tubos libres de látex con longitud de 100 cm como mínimo" se solicita a la convocante que se acepte una longitud mínima de 80 cm ya que esta es considerada una medida estándar. R.- Se acepta su propuesta.
10	Anexo 5. Renglón 22 MESA PASTEUR CON CAJON para el punto "con barandal de aluminio galvanizado" se solicita a la convocante que se modifique el material por acero inoxidable, debido a que es un material más resistente, duradero y de mayor calidad. R.- Se acepta su propuesta.
De	Anexo 5. Renglón 22 MESA PASTEUR CON CAJON para el punto "medidas 40 x 50 x 85" solicito a la convocante que se acepte una tolerancia de + 10 cm, esto debido a que al integrar un cajón es recomendable el aumento de dimensiones para una mejor funcionalidad. R.- Se acepta su propuesta. Siempre y cuando no demerite lo establecido en las bases ni limite la participación de los demás licitantes.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corcha No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38518 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 7953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Sábilo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx




[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

12	Anexo 5. Renglón 23 MESA PASTEUR SIN CAJON para el punto "con barandal de aluminio galvanizado" se solicita a la convocante que se modifique el material por acero inoxidable, debido a que es un material más resistente, duradero y de mayor calidad. R.- Se acepta su propuesta.
13	Anexo 5. Renglón 25 MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRAULICA para el punto "Con cuatro secciones que incluyan cabeza, espalda, asiento o piernas" se solicita a la convocante que se acepte la configuración a 5 secciones debido a que se apega a las técnicas quirúrgicas de las especialidades médicas que se solicitan. R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.
14	Anexo 5. Renglón 25 MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRAULICA para el punto "que incluya puente de riñón" se solicita al convocante que se acepte la función de puente riñón por medio del uso de accesorios adicionales. R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.
15	Anexo 5. Renglón 28 NEGATOSCOPIO 1 PLACA, para el punto "Estructura de acero inoxidable" se solicita a la convocante que se acepte una estructura de aluminio debido a que es un material más ligero. R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.
16	Anexo 5. Renglón 28 NEGATOSCOPIO 1 PLACA, para el punto "Iluminación con lámpara o tubo fluorescente" se solicita a la convocante que se modifique la descripción a iluminación con lámparas LED, debido a que estas consumen de un 80 a un 90% menos de energía que las lámparas halógenas, además de que no requieren de balastos y la iluminación es más estable. R.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando no limite la participación de los demás licitantes.
17	Anexo 5. Renglón 35 BASCULA ELECTRONICA PEDIATRICA 30 Kg para el punto "capacidad 30 kg" Se solicita a la convocante que se acepte una capacidad de máximo 20 kg, debido a que el peso medio de un bebe recién nacido a un niño de 2 años es de 3.5kg a 12kg, y pasando esa edad, lo ideal es utilizar basculas de piso. R.- Se acepta su propuesta.
18	Anexo 5. Renglón 37 ESTETOSCOPIO DE CAMPANA DOBLE NEONATAL para el punto "Diafragma estándar 2.7cm y campana abierta tradicional de 1.9 cm" se solicita al convocante que se acepte una tolerancia de +/- 0.5 cm en el diámetro del diafragma y de la campana. R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a las bases.
19	Anexo 5. Renglón 38. ESTETOSCOPIO DE CAMPANA DOBLE para el punto "cápsula pequeña dentro del rango de 3 a 3.5 cm" se solicita al convocante que se aumente en el rango de medida de la cápsula pequeña hasta un +/- 10 %. R.- Se acepta su propuesta.
20	Anexo 5. Renglón 40 OXIMETROS DE PULSO para el punto "rango de 1 a 100%" se solicita al convocante que se reduzca el rango de 70 a 100%. R.- No se acepta su propuesta. Favor de apegarse a las bases.
21	En el punto TIEMPO DE ENTREGA "Las entregas deberán realizarse en máximo 30 días hábiles posteriores a la notificación del fallo," solicito al



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7599

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.R. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



	<p>convocante se acepte la extensión del tiempo de entrega de al menos 90 días debido a tiempos de logística e importación.</p> <p>R.- Se acepta extender el tiempo de entrega a no más de 45 días hábiles a partir de la notificación del fallo, sin derecho de extensión ni prórroga.</p>
22	<p>En el punto de EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, PÁGINA 6 DE 42 "El origen de los equipos a adquirir será de conformidad con los Tratados de Libre Comercio que tenga celebrados México, es decir, que estos deberán ser de origen nacional o de países con los que México sostenga una relación comercial en términos de un TLC y tenga capítulo o título de compras gubernamentales" Se le solicita al convocante que se acepte que no se condicione a la adquisición de equipos con origen de países con tratados de libre comercio que se tengan celebrados con México.</p> <p>R.- Se acepta su propuesta siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones, normas y todo lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Berenés
C.P. 45157
Tel: 33 39818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, es

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Sañilío No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45130
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chonitos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 6324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485


Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



3.- Absten Diagnostik, S.A. de C.V.

Número:	Pregunta:
1	<p>Acto de presentación y apertura de proposiciones, pág. 3 de 42:</p> <p>"Escrito en el que su Representante Legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica".</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante para el caso de que el representante legal no pueda asistir a este acto, nos permita entregar el escrito antes citado más una Carta poder simple firmada por el representante legal. ¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta.</p>
2	<p>ANEXO 5, pág. 23 de 42:</p> <p>"Carta garantía contra vicios ocultos y defectos de fabricación".</p> <p>¿Es correcto entender que para dar cumplimiento a lo solicitado bastará con presentar los Anexos 8 y 12 debidamente requisitados?</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- Para el acto de presentación y apertura de propuestas, es correcta su apreciación.</p>
3	<p>ANEXO 5, pág. 25 de 42:</p> <p>"GUÍA MECÁNICA TIPO"</p> <p>¿Es correcto entender que si los equipos ofertados no requieren de adecuaciones ni infraestructura específica para su instalación, solo requieren alimentación eléctrica de 120 Volts +/- 10% a 50-60 Hz, no será necesario presentar guía mecánica?</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- Es correcta su apreciación.</p>
4	<p>ANEXO 5, pág. 25 de 42:</p> <p>"TIEMPO DE ENTREGA"</p>

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Salud
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.**



Gobierno de Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 600
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ex

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 780
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45160
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chontillos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324


CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

	<p>Se solicita amablemente a la convocante que derivado de que los bienes serán nuevos, de reciente fabricación y considerando el tiempo que se lleva en la importación de los mismos, se nos permita entregarlos en caso de resultar adjudicados en un término no mayor a los 65 días hábiles posteriores a la adjudicación.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta extender el tiempo de entrega a no más de 45 días hábiles a partir de la notificación del fallo, sin derecho de extensión ni prórroga.</p>
5	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar un flujo de aspirado de 30 L/min o mayor, esto con el propósito de poder garantizar una velocidad de succión mayor incluso con pacientes con vías aéreas complicadas, obstrucciones severas o exceso de secreciones.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
6	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL, "panel de control para encendido, apáginaado y regulación del nivel de succión"</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar "Interruptor de Encendido/Apáginaado, Indicador de vacío (vacuómetro), Mando de regulación del vacío" ya que como tal la documentación del fabricante no contempla un panel de control integrado, sin embargo, estos 3 fungen como un panel de control.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando estas no demeriten lo solicitado en las bases.</p>
7	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, que solicite un manómetro de vacío graduable de 0 a 760 mmHg, esto con el fin de poder garantizar una succión efectiva en cualquier situación con pacientes que puedan tener obstrucciones complicadas en vías aéreas difíciles o un exceso de secreciones.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
8	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar un nivel máximo de ruido de 50 dB, esto con el fin de mantener un nivel de ruido lo más bajo posible en situaciones en las que se requiera la máxima atención, concentración y comunicación entre el personal de salud.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>




[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

9	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, que solicite frascos de vidrio o policarbonato esterilizable en autoclave hasta 121 °C, esto con el propósito de que los frascos se puedan esterilizar en autoclave de vapor y reutilizar sin riesgo de infecciones cruzadas para el personal de salud.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
10	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL, "capacidad total de recolección de 2 litros como mínimo"</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante ofertar frascos autoclavables con capacidad de recolección de 1.7 L con válvula antiderrame y sistema de bloqueo de tapa, esto sin ser una limitante para el fin provisto del equipo.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
11	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, que solicite filtro bacteriano, viral e hidrofóbico HEPA, esto con el propósito de garantizar la seguridad del paciente y usuarios del equipo, para que no exista riesgo de contaminación cruzada viral o bacteriana, para que el filtro no se sature/obstruya con secreciones y mejorar la efectividad del equipo.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
12	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL, "con mangueras, conectores y adaptadores que permitan el uso inmediato del aspirador"</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante considerar en este punto tan solo las mangueras y los conectores, sin ser causal de descalificación, lo anterior con base en que la tecnología del fabricante no requiere adaptadores para su funcionamiento, a su vez solo utiliza mangueras y conectores para su uso inmediato y garantizar su funcionamiento.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta, ni limite la participación de los demás licitantes.</p>
13	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante considerar en este punto tan solo las mangueras y los conectores, sin ser causal de descalificación, lo anterior con base en que la tecnología del fabricante no requiere adaptadores para su funcionamiento, a su vez solo utiliza mangueras y conectores para su uso inmediato y garantizar su funcionamiento.</p> <p>¿Se acepta?</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Bienes
C.P. 45157
Tel: 33 38616 2200, ext. 3906 y 3907

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ex

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45190
Tel: 33 2410 7559

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Sotillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chomitos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico


transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx



Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
L-PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

	R.- Se acepta su propuesta, ni limite la participación de los demás licitantes.
14	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, que solicite batería interna recargable con autonomía mínima de 60 minutos, esto con el sustento de que al tratarse de un equipo portátil, puede requerirse el uso del equipo en un traslado de paciente donde no haya disponibilidad de una toma de corriente AC para hacer funcionar el equipo, de esta manera se puede garantizar el uso del equipo mientras el paciente es trasladado dentro y fuera del hospital.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
15	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, de acuerdo con la pregunta anterior, que solicite un cargador de batería AC/DC que permita recargar la batería del equipo en cualquier toma de corriente AC y garantizar la autonomía del equipo.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
16	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, de acuerdo con la pregunta anterior, que solicite un cable para ambulancia 12 V que permita recargar la batería del equipo en cualquier ambulancia que tenga disponible una toma de corriente DC de 12 V, de esta manera se pueda garantizar el uso del equipo por un periodo indefinido en caso de requerirse un traslado de paciente de un hospital a otro en un recorrido mayor al que pueda ofrecer la autonomía de la batería.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
17	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 1. ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, que en caso de solicitar una batería de respaldo, solicite un indicador del estado de la batería audible y/o visual, esto con el propósito de que el usuario conozca el nivel de batería actual.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
18	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 4, CAMA DE HOSPITAL, "que soporte un peso de 200 kg como mínimo".</p> <p>Con la finalidad de aumentar la seguridad del paciente durante su estancia y no limitar el uso del equipo a pacientes con sobrepeso, se sugiere a la convocante</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 35818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45090, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Sebillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chirritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4465

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

	<p>solicite un soporte de peso de 250 kg como mínimo. ya que además del peso del paciente la cama hospitalaria debe ser capaz de soportar el peso de los accesorios y en caso de ser necesario la carga por un procedimiento de rcp.</p> <p>¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
19	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 4, CAMA DE HOSPITAL, "sección de espalda con auto contorno que cubra un rango de 0° a 60° como mínimo"</p> <p>Con la finalidad de ayudar a la descompresión lumbar y mejorar las funciones solicitadas, se sugiere a la convocante solicitar 65° como mínimo en Fowler o sección de espalda con auto contorno de 15 cm, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
20	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 4, CAMA DE HOSPITAL, "sección de rodillas que cubra un rango de 0 a 23 grados como mínimo"</p> <p>Con la finalidad de la mejorar el movimiento, ayudar a los pacientes con problemas vasculares y mejorar el retorno venoso, sugerimos a la convocante solicitar realizar el movimiento de tramo rodillas y tramo pies de una manera completamente eléctrica y un ángulo de 45° o mayor ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
21	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 4, CAMA DE HOSPITAL, "dimensiones de la cama de +/- 55 longitud total de 230cm ancho total 105 cm."</p> <p>Pregunta: entendemos que se refiere a una tolerancia de +/- 5% a la longitud total de 230cm ancho total 105 cm. ¿es correcto?</p> <p>R.- Es correcta su apreciación. Las dimensiones de la cama son +/- 5% longitud total 230 cm.</p>
22	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 4, CAMA DE HOSPITAL.</p> <p>En caso de ser negativa la respuesta anterior se solicita se permita ofertar una tolerancia de +/- 5% para las dimensiones totales de la cama. ¿se acepta?</p> <p>R.- Remitirse a la respuesta anterior.</p>
23	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 6, CAMILLAS, "que soporte un peso de 200 kg como mínimo"</p> <p>Con la finalidad de aumentar la seguridad del paciente durante su estancia, movimientos por los pasillos y no limitar el uso del equipo a pacientes con sobrepeso, se sugiere a la convocante solicite un soporte de peso de 310 kg como mínimo. ya que además del peso del paciente la camilla debe ser capaz de soportar el peso de los accesorios y en caso de ser necesario la carga por un procedimiento de rcp.</p> <p>¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belanes
C.P. 45157
Tel: 33 36616 2200, ext. 3908 y 390

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3184 4800. es

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Sañito No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.R. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Prensa No. 795
Col. Santa María de los Cronistas
C.P. 45200, Tel: 33 3524 6323 y
33 3624 6324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juen Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
L-PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

24	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 6, CAMILLAS, "trendelenburg de 12° como mínimo"</p> <p>Con la finalidad de mejorar el retorno sanguíneo hacia el corazón y la liberación de presión en extremidades inferiores, sugerimos a la convocante solicitar trendelenburg de 20° o mayor, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
25	<p>ANEXO 5, pág. 26 de 42:</p> <p>Renglón 6, CAMILLAS, "trendelenburg inverso de 12° como mínimo"</p> <p>Con la finalidad de liberación de presión en extremidades superiores, sugerimos a la convocante solicitar trendelenburg inverso de 20° o mayor, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases.</p>
26	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "Mesa de operaciones quirúrgica multifunción"</p> <p>Entendemos que podemos referenciar este punto como "Mesa de operaciones Universal".</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- Es correcta su apreciación, ni limite la participación de los demás licitantes.</p>
27	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "adecuada para cirugía de tórax, abdomen, cerebro, oftalmología, otorrinolaringología, ginecología y obstetricia y cirugía de urología"</p> <p>Entendemos que podemos referenciar este punto como: "Mesa de operaciones Universa, Perfecto para las siguientes disciplinas: Cirugía colorrectal, Cirugía general, Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Cirugía plástica, Ambulatorio, Cirugía ambulatoria, Endoscopia CPRE"</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- Es correcta su apreciación, sin que limite la participación de los demás licitantes.</p>
28	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "con cuatro secciones que incluyan cabeza, espalda, asiento y pierna"</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita referenciar de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, la sección de la cabeza como "Reposacabezas", la sección de la espalda como "Respaldo" y la sección de las piernas como "Reposapiés", ya que se refieren a las secciones solicitadas y así lo expresa el fabricante en su documentación.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta, sin que limite la participación de los demás licitantes.</p>
29	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Bebenes
C.P. 45157
Tel: 33 36816 2200, ext. 3906 y 3907

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45060, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4600, ex

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quintá Federalismo
C.P. 45160
Tel: 33 2410 7569

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 6323 y
33 3624 6324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Frechado y C.I.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 600
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Perah No. 550
Col. Villa de los Selenes
C.P. 45157
Tel: 33 35818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Prensa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324


CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C-1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssrnz.gob.mx



	<p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "sección de los miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 20 a -90 grados como mínimo y con movimiento de tijera", esto con el propósito de garantizar una amplia versatilidad del equipo y que el personal de salud tenga más opciones para posicionar al paciente sea cual sea el procedimiento quirúrgico que se realice.</p> <p>¿Se acepta? R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>
30	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "incluya puente de riñón"</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante poder referenciar este punto de acuerdo con la tecnología de cada fabricante como "Flex/Reflex 215°/105°", ya que cumple con la posición solicitada.</p> <p>¿Se acepta? R.- Se acepta su propuesta, sin ser obligatoria para los demás licitantes.</p>
31	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "con accesorios estándar para adaptarse a diferentes usos quirúrgicos"</p> <p>Entendemos que en este punto se deberán ofertar los accesorios:</p> <p>Arco de anestesia con fijadores.</p> <p>Poste para infusiones con fijador.</p> <p>Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas).</p> <p>Cinturón para paciente con fijadores (2 piezas).</p> <p>Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas).</p> <p>Esto en el entendido de que son accesorios básicos y útiles para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos.</p> <p>¿Se acepta? R.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando no demerite ni modifique lo solicitado en las bases, pág. 25 último párrafo.</p>
32	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "sistema de freno hidráulico eléctrico estándar para una estabilidad óptima"</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar "Sistema de frenos mediante una palanca en la base del equipo, que extienda 4 pivotes de anclaje para bloquear el movimiento de la mesa." Esto en el entendido de que se está solicitando una "Mesa quirúrgica mecánica hidráulica" y solicitar un "sistema de freno hidráulico eléctrico" es una característica superior al propio equipo. ¿Se acepta? R.- Se acepta su propuesta, sin ser obligatoria para los demás licitantes.</p>
33	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "carga máxima 320 kg"</p>

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
L-PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Bolesos
C.P. 45157
Tel: 33 38816 2200, ext. 3908 y 390

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45060, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ex

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Canetara Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Canetara Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4465


Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.salud.gob.mx



	<p>Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar "Carga de trabajo máxima 200 kg" ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las presentes bases.</p>
34	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "altura mínima y máxima de 700 mm-1,000 mm"</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante, que nos permita ofertar "695 mm – 995 mm ±20 mm", esto en el entendido de que cumple con el rango solicitado sin ser limitante.</p> <p>¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las presentes bases.</p>
35	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "que incluya apoyabrazos"</p> <p>Entendemos que podemos referenciar "Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas).", ya que se refiere a las secciones solicitadas y así lo expresa el fabricante en su documentación.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta, sin ser obligatoria para los demás licitantes.</p>
36	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "muletas para pierna"</p> <p>Entendemos que podemos referenciar "Pierneras articuladas tipo Goepel, acojinadas con fijadores (2 piezas)", ya que se refiere a las secciones solicitadas y así lo expresa el fabricante en su documentación.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta, sin que limite la participación de los demás licitantes.</p>
37	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA, "soporte de hombro"</p> <p>Entendemos que podemos referenciar "Soportes para hombros acojinados con fijadores (2 piezas).", ya que se refiere a las secciones solicitadas y así lo expresa el fabricante en su documentación.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta, sin que limite la participación de los demás licitantes.</p>
38	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "Ángulo de inclinación del respaldo -45°/85° o mayor" con el propósito de asegurar una amplia capacidad de movimiento en la sección mencionada y garantizar que el personal de salud</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Beñenes
C.P. 45157
Tel: 33 38816 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4600, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45160
Tel: 33 2410 7599

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 705
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324


CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



	<p>pueda posicionar al paciente de la mejor manera posible de acuerdo al procedimiento quirúrgico.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
39	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "Ángulo de inclinación del respaldo -45°/85° o mayor" con el propósito de asegurar una amplia capacidad de movimiento en la sección mencionada y garantizar que el personal de salud pueda posicionar al paciente de la mejor manera posible de acuerdo al procedimiento quirúrgico.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
40	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "Flexión/reflexión (Flex/Reflex) 225°/95° o mayor" con el propósito de asegurar una amplia capacidad de movimiento en la sección mencionada y garantizar que el personal de salud pueda posicionar al paciente de la mejor manera posible de acuerdo al procedimiento quirúrgico.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
41	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "Ángulo de inclinación del reposapiés -90°/20° o mayor" con el propósito de asegurar una amplia capacidad de movimiento en la sección mencionada y garantizar que el personal de salud pueda posicionar al paciente de la mejor manera posible de acuerdo al procedimiento quirúrgico.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
42	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "Ángulo de inclinación lateral -25°/25° o mayor" con el propósito de asegurar una amplia capacidad de movimiento en la sección mencionada y garantizar que el personal de salud pueda posicionar al paciente de la mejor manera posible de acuerdo al procedimiento quirúrgico.</p>

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

	<p>¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
43	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "Ángulo de inclinación del reposacabezas -45°/45° o mayor" con el propósito de asegurar una amplia capacidad de movimiento en la sección mencionada y garantizar que el personal de salud pueda posicionar al paciente de la mejor manera posible de acuerdo al procedimiento quirúrgico.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
44	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "Trendelenburg / Trendelenburg inverso 30°/30° o mayor" con el propósito de asegurar una amplia capacidad de movimiento en la sección mencionada y garantizar que el personal de salud pueda posicionar al paciente de la mejor manera posible de acuerdo al procedimiento quirúrgico.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
45	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "cojines eléctricamente conductivos o antiestáticos, removibles, sin costuras y de fácil limpieza", esto con el propósito de garantizar la seguridad del paciente evitando que puedan generarse corrientes de fuga a través de los cojines, que no sean propicios a acumular materia orgánica y generar cultivos de microorganismos no deseados y evitar la contaminación cruzada y/o infecciones intrahospitalarias en sitio quirúrgico no deseadas garantizando que cumplan con los más altos requisitos de seguridad e higiene que se aplican al quirófano.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
46	<p>ANEXO 5, pág. 28 de 42:</p> <p>Renglón 25, MESA QUIRURGICA MECANICA HIDRÁULICA.</p> <p>Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar "ruedas antiestáticas", esto con el propósito de garantizar la seguridad del paciente ante cualquier corriente de fuga y evitar macro y micro shocks que pongan en riesgo la vida del paciente en mitad de los procedimientos quirúrgicos.</p> <p>¿Se acepta?</p>



Gobierno de
Zapopan

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 600
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 560
Col. Villa de los Boteros
C.P. 45157
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4600, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Otil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4495


Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

R.- No se acepta su propuesta, remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.

4.- ANPEGRUMED S DE RL DE CV.

Número:	Pregunta:
1	Aspirador de Secreciones Portátil: El recipiente reusable del aspirador, menciona que debe ser de una capacidad total de recolección de 2 litros ya que esta categoría o gama que describen en el anexo 5 los que están en el mercado cotidianamente son de 1 litro. Pregunta, ¿Puede ser el recipiente recolector de 1 litro como mínimo? R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a las bases.
2	Camilla: Menciona un sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla. Pregunta, ¿Debe ser hidráulico dicho mecanismo? R.- El sistema de direccionamiento es hidráulico.
4	Colposcopio: Menciona que debe tener ajuste interpupilar. Pregunta, ¿Cuál es la distancia requerida de este ajuste en milímetros? R.- Favor de adaptarse a las medidas estándar de los colposcopios.
5	Colposcopio: Menciona una lámpara de halógeno. Sabiendo que hoy en día la tecnología led es más duradera, genera menos calor que la luz halógena y brinda una coloración de tejidos y tegumentos más natural; Pregunta, ¿Puede usarse luz led de 50,000 luxes? R.- Favor de apegarse a las bases, pág. 25 último párrafo.
6	Desfibrilador: Menciona que en modo AED, tenga una salida de onda bifásica manual de 200J. Pregunta, ¿Con este rango de 200J, entonces el desfibrilador no se requiere para pacientes pediátricos considerando que el rango en pacientes pediátricos es de 10 a 100 Joules? R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.
8	Mesa Mecánica Hidráulica: El mecanismo especificado en el título de la partida es "mecánica hidráulica", por lo tanto, al mencionar el sistema de freno hidráulico eléctrico es incongruente porque es uno o otra "mecánico o eléctrico" Pregunta, ¿el sistema de freno al ser una mesa mecánica hidráulica debe ser hidráulica o eléctrica, es decir, solo una de estas dos opciones, favor aclarar. R.- El sistema de freno debe ser hidráulica.
9	Monitor de Signos Vitales Básico: Menciona cables de paciente para presión arterial (varios tamaños). Pregunta, ¿Los tamaños solicitados son adulto, pediátrico y neonatal? R.- Es correcta su apreciación.
11	Monitor de Pedestal: Menciona los parámetros a medir por parte del monitor. Pregunta, ¿Los accesorios son únicamente para adulto? R.- Los tamaños a considerar son: adulto, pediátrico y neonatal.

[Handwritten signature]

5.- RYU MEDICAL S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	Solicitamos amablemente a la convocante que el tiempo de entrega se amplie de 60 días posteriores al fallo, debido a que los equipos ofertados son de procedencia extranjera. ¿se acepta nuestra solicitud?

[Handwritten signature]



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Beñenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ex

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45160
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saillín No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4465

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

	R.- Se acepta extender el tiempo de entrega a no más de 45 días hábiles a partir de la notificación del fallo, sin derecho de extensión ni prórroga.
2	Renglón 14 Equipo para anestesia. Se entiende que se debe ofertar monitor de signos vitales de la misma marca que la máquina de anestesia ¿es correcto? R.- Es correcta su apreciación.
3	Renglón 14 Equipo para anestesia. Se entiende que se deberá ofertar equipo con capnografía y análisis de CO2 ¿es correcto? R.- Es correcta su apreciación.
4	Renglón 14 Equipo para anestesia. Se entiende que se deberá ofertar máquina de anestesia con capacidad de continuar la ventilación en caso de ausencia completa de gases ¿es correcto? R.- Es correcta su apreciación.
5	Renglón 14 Equipo para anestesia. Se entiende que deberá ofertar máquina de anestesia con capacidad de ventilar al paciente aun en ausencia de batería y corriente eléctrica ¿se acepta? R.- Se acepta su propuesta.
6	Renglón 14 Equipo para anestesia. De acuerdo a cédula se entiende que solo se deberán ofertar los accesorios establecidos en ella ¿es correcto? R.- No es correcta su apreciación. Los accesorios establecidos son enunciativos mas no limitativos.
7	Renglón 15 Equipo para anestesia con monitor de índice biespectral. Se entiende que se debe ofertar monitor de signos vitales de la misma marca que la máquina de anestesia ¿es correcto? R.- Es correcta su apreciación.
8	Renglón 15 Equipo para anestesia con monitor de índice biespectral. Se entiende que se deberá ofertar equipo con capnografía y análisis de CO2 ¿es correcto? R.- Es correcta su apreciación.
9	Renglón 15 Equipo para anestesia con monitor de índice biespectral. Se entiende que se deberá ofertar máquina de anestesia con capacidad de continuar la ventilación en caso de ausencia completa de gases ¿es correcto? R.- Es correcta su apreciación.
10	Renglón 15 Equipo para anestesia con monitor de índice biespectral. Se entiende que deberá ofertar máquina de anestesia con capacidad de ventilar al paciente aun en ausencia de batería y corriente eléctrica ¿se acepta? R.- Se acepta su propuesta.
11	Renglón 15 Equipo para anestesia con monitor de índice biespectral. De acuerdo a cédula se entiende que solo se deberán ofertar los accesorios establecidos en ella ¿es correcto? R.- Es correcta su apreciación. Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.
12	Renglón 15 Equipo para anestesia con monitor de índice biespectral. De acuerdo a cedula se entiende que se deberá ofertar un monitor Bis modular transportable ¿es correcto? R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Señores
C.P. 45157
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4600, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7599

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No.100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chonitos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4465

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.jalisco
Página web:
www.ssrnz.gob.mx



[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



13	<p>Renglón 9 Carro Rojo Dice: tiempo de carga máximo de 7 segundos Pregunta: Con el objetivo de tener una respuesta más rápida a un evento adverso, sugerimos a la convocante considere un tiempo de carga para 150J de 5 segundos, tiempo y energía suficiente para un paciente adulto, y para carga máxima de 200J un tiempo de máximo 6 segundos, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
14	<p>Renglón 9 Carro Rojo Dice: selector de energía para descarga bifásica Pregunta: Sugerimos a la convocante que el selector de energía será mediante perilla selectora, lo cual evita la mala selección de niveles de energía y es más pronta la selección a diferencia de las teclas y/o botones, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
15	<p>Renglón 9 Carro Rojo Dice: que permita dar al menos 30 desfibrilaciones a carga máxima Pregunta: Sugerimos a la convocante considere que con el uso de batería se puedan realizar al menos 100 descargas o la monitorización continua de hasta 2.5 horas, todo con el objetivo de mejorar la atención de pacientes durante cualquier evento adverso, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
16	<p>Renglón 9 Carro Rojo Dice: monitoreo continuo como mínimo, capacidad de monitoreo SPO2 y PNI. Pregunta: Entendemos que el desfibrilador contará con los accesorios para la medición de pulsioximetría y presión arterial no invasiva, ¿es correcto?</p> <p>R.- Es correcta su apreciación.</p>
17	<p>Renglón 11 Desfibrilador Dice: Con monitor de salida de onda bifásica manual (360 joules) o AED (200 Joules) y sistema de compensación de impedancia Pregunta: La tecnología a ofertar permite las descargas óptimas en pacientes de hasta 200J, energía suficiente para realizar descargas en paciente en paro cardiorespiratorio, ¿se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>
18	<p>Renglón 13 Electrocardiógrafo Dice: Adquisición de doce derivaciones simultáneas, teclado completo tipo computadora para introducir los datos del paciente Pregunta: La tecnología a ofertar cuenta con un pantalla de 6.5 pulgadas TFT que permite la previsualización del estudio de 12 derivaciones antes de que este sea impreso, y así evitar la impresión de estudios que presenten mala calidad de señal, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
19	<p>Renglón 13 Electrocardiógrafo Dice: Adquisición de doce derivaciones simultáneas, teclado completo tipo computadora para introducir los datos del paciente Pregunta: Sugerimos a la convocante el electrocardiógrafo cuente con un algoritmo que permita la generación de un reporte clínico respecto a la señal</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farán No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saffillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4455

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx




[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Salud
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.**

	<p>obtenida del paciente, permitiendo auxiliar a los usuarios en el diagnóstico de los diferentes cuadro clínico, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
20	<p>Renglón 13 Electrocardiógrafo Dice: Adquisición de doce derivaciones simultáneas, teclado completo tipo computadora para introducir los datos del paciente Pregunta: La mala conexión de latiguillos en el paciente pude entorpecer el flujo de trabajo durante el estudio de electrocardiograma, por lo que solicitamos a la convocante considere la inclusión de un software que permita el reconocimiento de inversión de latiguillos, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
21	<p>Renglón 20 Holter Dice: peso máximo de 125 gramos Pregunta: Con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente durante el estudio holter, sugerimos a la convocante considere el peso no mayor a 70 gramos, permitiendo una mejor movilidad del paciente durante el estudio, ¿se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta. Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
22	<p>Renglón 20 Holter Dice: Grabadora con tarjeta de memoria y capacidad de adquisición de al menos 24 horas Pregunta: Sugerimos a la convocante considere la memoria como interna, ya que así se evitará que la información clínica sea extraída por error por el paciente, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
23	<p>Renglón 20 Holter Dice: Grabadora con tarjeta de memoria y capacidad de adquisición de al menos 24 horas Pregunta: Sugerimos a la convocante considere la integración de un botón de suceso, permitiendo al paciente indicar el momento en el que presente una situación anormal durante el estudio, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
24	<p>Renglón 20 Holter Dice: Grabadora con tarjeta de memoria y capacidad de adquisición de al menos 24 horas Pregunta: Con el objetivo de una posible integración a futuro de sistemas de información hospitalario, sugerimos a la convocante la capacidad de exportación de informes en formato HL7, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
25	<p>Renglón 26 Monitor de signos vitales básico Dice: Monitor con pantalla de 12.1", Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un monitor de pantalla táctil LCD TFT con tamaño de 9", tamaño suficiente que permite el despliegue de curvas y parámetros clínicos, de igual manera 3.1" menos no interfieren con el flujo de trabajo dentro de la unidad médica, ¿se acepta?</p>



Gobierno de
Zapopan

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**
Ramón Corraza No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Ferah No. 500
Col. Villa de los Señores
C.P. 45157
Tel: 33 36518 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4600, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**
Canatera Sañillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 5323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Canatera Colotón No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4466

Correo electrónico
trayoparancia.salud@zapopan.gob.jalisco
Página web:
www.ssmz.gob.mx



[Handwritten signatures and marks on the right margin of the document.]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

	R.- No se acepta su propuesta. Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.
26	Renglón 26 Monitor de signos vitales básico Dice: frecuencia cardiaca Pregunta: Con el objetivo de mejorar la monitorización del paciente, sugerimos a la convocante considere el despliegue del segmento ST en un multieje circular, facilitando la visualización de posibles eventos de isquemia, ¿se acepta? R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.
27	Renglón 26 Monitor de signos vitales básico Dice: Pletismografía Pregunta: Solicitamos a la convocante considere la integración del valor de índice de perfusión, mismo que se obtiene a partir del sensor de saturación, mejorando la monitorización del paciente, ¿se acepta? R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.
28	Renglón 26 Monitor de signos vitales básico Dice: N/A Pregunta: Ya que no se menciona, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un sensor de plusioximetría, un sensor de temperatura superficial, una manguera de presión arterial no invasiva, un brazalete adulto y uno pediátrico, y latiguillos de 5 puntas para ECG, ¿se acepta? R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.
29	Renglón 26 Monitor de signos vitales básico Dice: cables de paciente para presión arterial (varios tamaños) Pregunta: Se solicita a la convocante aclare si el punto de monitorización refiere a presión arterial no invasiva o invasiva, ya que eso depende de la definición de los accesorios a ofertar. R.- Presión arterial no invasiva. Los tamaños a considerar son: adulto, pediátrico y neonatal.
30	Renglón 33 Ventilador Volumétrico Adulto/Pediátrico/Neonatal Punto: Modos ventilatorios Pregunta: Entendemos que podremos ofertar los modos ventilatorios requeridos por la convocante de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante ¿es correcto? R.- Es correcta su apreciación.
31	Renglón 33 Ventilador Volumétrico Adulto/Pediátrico/Neonatal Punto: Despliegue simultaneo de al menos 4 curvas o lazos de ventilación, presión vs tiempo, flujo vs tiempo, volumen vs tiempo Pregunta: El equipo ofertado deberá contar con selección de al menos 6 vistas o escritorios completamente configurables por el usuario con el fin de personalizar el despliegue de curvas, lazos, parámetros numéricos y demás herramientas necesarias para la terapia ventilatoria ¿es correcto? R.- Es correcta su apreciación.
32	Renglón 33 Ventilador Volumétrico Adulto/Pediátrico/Neonatal Punto: Despliegue simultaneo de al menos 4 curvas o lazos de ventilación, presión vs tiempo, flujo vs tiempo, volumen vs tiempo Pregunta: Entendemos que la convocante requiere que se desplieguen simultáneamente las 3 curvas de ventilación pues son las que enlista en su requerimiento ¿es correcto?



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal, México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quiñero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4453

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Clonitos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324


CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan GRI Preciado y C.J
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.jalisco
Página web:
www.ssmz.gob.mx




Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

	R.- Es correcta su apreciación.
33	Renglón 33 Ventilador Volumétrico Adulto/Pediátrico/Neonatal Punto: con compensación del tubo endotraqueal (ATRC) Pregunta: con el fin de dar cumplimiento a este punto, solicitamos a la convocante permita ofertar esta característica de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante ¿se acepta? R.- Se acepta su propuesta.
34	Renglón 4 Cama de Hospital Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar cama eléctrica accionada por 4 motores, de funcionamiento silencioso, para accionar todas las posiciones de la cama ¿Se acepta? R.- Se acepta su propuesta, sin que limite la participación de los demás licitantes.
35	Renglón 4 Cama de Hospital Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar dimensiones de la cama de 220cm de largo x 99 cm de ancho ya que la diferencia a lo solicitado es mínima y no afecta a la atención del paciente ¿Se acepta? R.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando se encuentre dentro del rango de +/-5% para las dimensiones de la cama.
36	Renglón 4 Cama de Hospital Se solicita amablemente a la convocante ofertar colchón de 12 cm de espesor, de espuma viscoelástica ya que este material distribuye mejor el peso y libera puntos de presión en el paciente, evitando así descamación y úlceras por decúbito; además se amolda a la temperatura, peso y forma del paciente brindándole así un mayor confort. Este tipo de material es de alta densidad y calidad, con una larga vida. Manteniendo de igual forma las características solicitadas: de alta densidad con diseño para reducción de presión, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado ¿Se acepta? R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.
37	Renglón 4 Cama de Hospital Se solicita amablemente a la convocante ofertar ruedas antiestáticas de 150mm como mínimo, de doble banda (facilita el manejo y control de la cama) con frenos y neutrales en las 4 ruedas y una quinta rueda adicional para mejor conducción ¿Se acepta? R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.
38	Renglón 6 Camillas Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar un carro camilla que soporta un peso de 315 KG como mínimo ¿Se acepta? R.- No se acepta su propuesta. Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.
39	Renglón 27 Monitor de pedestal Dice: Monitor con pantalla mínimo de 12.1 Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un monitor de pantalla táctil LCD TFT con tamaño de 9", tamaño suficiente que permite el despliegue de curvas y parámetros clínicos, de igual manera 3.1" menos no interfieren con el flujo de trabajo dentro de la unidad médica, ¿se acepta? R.- No se acepta su propuesta. Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación
40	Renglón 27 Monitor de pedestal



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Foran No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 36618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45060, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3734 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7569

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.R. 45150
Tel: 33 4305 4453


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Prusa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 6323 y
33 3624 6324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Frechero y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.jalisco
Página web:
www.ssmz.gob.mx



Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
L-PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

	<p>Dice: ECG</p> <p>Pregunta: Con el objetivo de mejorar la monitorización del paciente, sugerimos a la convocante considere el despliegue del segmento ST en un multieje circular, facilitando la visualización de posibles eventos de isquemia, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación</p>
41	<p>Replón 27 Monitor de pedestal</p> <p>Dice: Pletismografía</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante considere la integración del valor de índice de perfusión, mismo que se obtiene a partir del sensor de saturación, mejorando la monitorización del paciente, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
42	<p>Replón 27 Monitor de pedestal</p> <p>Dice: N/A</p> <p>Pregunta: Ya que no se menciona, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un sensor de plusioximetría, un sensor de temperatura superficial, una manguera de presión arterial no invasiva, un brazalete adulto y uno pediátrico, y latiguillos de 5 puntas para ECG, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
43	<p>Se solicita amablemente a la convocante aclarar si es suficiente que la marca del fabricante sea originario del país con los que México celebra tratados de libre comercio.</p> <p>R.- Favor de remitirse a la pregunta 22 del licitante Biomédica Tinajero.</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Betenes
C.P. 45157
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

6.- Gabriel Delgado Alonso.

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 9753

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 3410 7559

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485


Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssrnz.gob.mx

Número:	Pregunta:
1	<p>Anexo 5, descripción de los artículos.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si debemos de tomar como ficha técnica la descripción de los bienes del anexo 5. Favor de aclarar.</p> <p>R.- Es necesario que la propuesta venga acompañada de las fichas técnicas de cada equipo ofertado.</p>
2	<p>Anexo 5, instalación, puesta en marcha y capacitación.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si debemos de agregar los certificados de capacitación del personal que va a realizar los servicios en la propuesta técnica o si solo aplica en caso de resultar adjudicado. Favor de aclarar.</p> <p>R.- En caso de resultar adjudicado deberá presentar los certificados previo a firma de contrato.</p>
3	<p>Anexo 5, manuales y catálogos referenciados.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si podemos agregar de manera física solo las páginas del manual que vengan referenciadas y el resto presentarlo de manera digital. Favor de aclarar.</p> <p>R.- Favor de apegarse a las bases, página 20.</p>

7.- Medeq Medical Equipment and Supplies, S.A. de C.V.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

Número	Pregunta
1	<p>Apartado "Evaluación de propuestas" Segundo párrafo.</p> <p>Dice: <u>El origen de los equipos a adquirir será de conformidad con los Tratados de Libre Comercio que tenga celebrados México, es decir, que estos deberán ser de origen nacional o de países con los que México sostenga una relación comercial en términos de un TLC y tenga capítulo de compras gubernamentales".</u></p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que, derivado de la naturaleza del procedimiento que nos ocupa y tratándose de una convocatoria a Licitación Pública *LOCAL* entendiéndose por esto, que los participantes que así consideren presentar propuesta deben ser constituidos en el estado de Jalisco, tenga a bien recibir a consideración de evaluación y posible adjudicación bienes de origen nacional o internacional.</p> <p>Esto para *permitir y garantizar la libre e ilimitada participación de empresas LOCALES* en el presente procedimiento de licitación. ¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones, normas y todo lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>
2	<p>Apartado "Evaluación de propuestas" Segundo párrafo.</p> <p>Dice: <u>El origen de los equipos a adquirir será de conformidad con los Tratados de Libre Comercio que tenga celebrados México, es decir, que estos deberán ser de origen nacional o de países con los que México sostenga una relación comercial en términos de un TLC y tenga capítulo de compras gubernamentales".</u></p> <p>Asimismo, solicito atentamente la fundamentación y motivación, en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, mismos que rigen el presente procedimiento Licitatorio, el solicitar que el origen de los bienes sea de conformidad con los tratados de Libre Comercio que tenga celebrados México.</p> <p>R.- Favor de remitirse a la respuesta anterior.</p>
3	<p>PARTIDA 6 CAMILLAS: Punto: Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm de largo x 64 cm de ancho</p> <p>Pregunta: En la literatura de nuestro equipo a ofertar no se indica la superficie del paciente, sin embargo, si indica las dimensiones del colchón, que se puede entender la superficie del paciente, por lo que solicitamos a la convocante nos permita referenciar el punto en las dimensiones del colchón. ¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta.</p>
4	<p>PARTIDA 33 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante a fin de no limitar la libre participación sea permitido ofertar ventilador volumétrico apto para pacientes adulto, pediátricos y lactantes, con posibilidad de proporcionar volumen Tidal mínimo de 20ml. Lo anterior debido a que la ventilación mecánica en pacientes neonatales, con peso corporal debajo de 2 kilogramos requiere otras</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corzo No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco, México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belemes
C.P. 45157
Tel: 33 35818 2200, ext. 3906 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Ote. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 9953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45160
Tel: 33 2410 7559

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 6323 y
33 3624 6324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



	<p>metodologías propias de ventiladores dedicados a neonatos como lo es la alta frecuencia, técnicas que no son mayormente utilizadas en pacientes pediátricos o adulto ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a las bases de la presente licitación, página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
--	---

8.- SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED, S.A. DE C.V.

Número	Pregunta:
1	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 9. Carro rojo Dice: Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias, de calidad hospitalaria, de al menos 12.5 cm de diámetro. Pregunta: Solicitamos a la convocante se permita ofertar rueda con diámetro de 10.5 cm considerando que lo anterior no demerita el buen funcionamiento del carro ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>
2	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 9. Carro rojo Dice: Batería: recargable e integrada, carga de batería mientras se conecta a la corriente alterna, que permita dar al menos 30 desfibrilaciones a carga máxima. Pregunta: A fin de garantizar las máximas capacidades al momento de una emergencia, sugerimos a la convocante que el equipo ofertado deba ofrecer al menos 100 descargas en modo batería con lo cual se podrá garantizar el uso del equipo en cualquier momento ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
3	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 9. Carro rojo Dice: Capacidad de monitoreo SPO2 y PNI. Pregunta: Considerando que el monitoreo de presión no invasiva está más relacionado al monitoreo continuo del paciente y no eventos de emergencia donde es utilizado los desfibriladores, solicitamos amablemente a la convocante sea permitido ofertar equipo con monitoreo de ECG y SpO2, y que el monitoreo de PNI sea opcional ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a las bases.</p>
4	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 12. Desfibrilador externo automático (DEA) Dice: Administración de dosis de 1J hasta 360J. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante sea permitido ofertar equipo con administración de dosis de 10J hasta 360J dado que las dosis debajo de 10J son poco utilizadas debido a su baja percepción ¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta, sin que limite la participación de los demás licitantes..</p>
5	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente:</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Boñenes
C.P. 45157
Tel: 33 36518 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 7533

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45180
Tel: 33 4305 4463


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 705
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx




[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
L-PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

	<p>Descripción de los artículos. Partida 12. Desfibrilador externo automático (DEA) Dice: PADS: Superficie activa: 8 cm2, 43 cm2, largo de cable: 210 cm + 10 cm. Pregunta: Solicitamos a la convocante sea permitido ofertar dimensiones del pad propios de cada marca en el entendido que cumplirán cabalmente la función ¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta</p>
6	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 12. Desfibrilador externo automático (DEA) A fin de garantizar las mayores capacidades tecnológicas y en el entendido que se requiere una buena visualización en la pantalla, sugerimos a la convocante que el equipo deba de contener una pantalla como mínimo de 7 pulgadas como mínimo. ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>
7	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 13. Electrocardiógrafo Pregunta: A fin de mantener la mayor cantidad de estudios guardados en el equipo para su posterior revisión o impresión, sugerimos a la convocante que el equipo ofertado deba de ofrecer al menos 800 estudios, ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
8	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 13. Electrocardiógrafo A fin de asegurar la impresión correcta de las 12 derivaciones, sugerimos a la convocante que el equipo a ofertar tenga la capacidad de vista previa del estudio, con el fin de que el usuario tenga de un correcto estudio antes de imprimir, ¿se acepta?</p> <p>R.- Favor de remitirse a página 25 último párrafo de las bases de la presente licitación.</p>
9	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 14. Equipo para anestesia Dice: Desflurano Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante sea permitido ofertar equipo con vaporizador de sevoflorane siendo el más común en la práctica y dejando como opción de crecimiento a futuro el vaporizador de desflorane ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta propuesta, favor de apegarse a las bases.</p>
10	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 14. Equipo para anestesia Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Máquina de Anestesia con pantalla mínima de 7 pulgadas, con lo que nos permite observar de forma eficiente los parámetros ventilatorios. ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>
11	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 14. Equipo para anestesia</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belemes
C.P. 45107
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 755
Col. Santa María de los Chomilas
C.P. 45200 Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
L-PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.



Gobierno de
Zapopan

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belanes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3906 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45030, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4500, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintana No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**
Carretera Sañtito No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chonitos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324


CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4495

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmrz.gob.mx



	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un monitor de paciente con pantalla de mínimo de 10". ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación</p>
12	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 15. Equipo para anestesia con monitor de índice biespectral Dice: Con vaporizador regulable para gases anestésicos halogenados (sevoflorane-desflorane) Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante sea permitido ofertar equipo con vaporizador de sevoflorane siendo el más común en la práctica y dejando como opción de crecimiento a futuro el vaporizador de desflorane ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a las bases.</p>
13	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 15. Equipo para anestesia con monitor de índice biespectral Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Máquina de Anestesia con pantalla mínima de 7 pulgadas, con lo que nos permite observar de forma eficiente los parámetros ventilatorios. ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación</p>
14	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 15. Equipo para anestesia con monitor de índice biespectral Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un monitor de paciente con pantalla de mínimo de 10". ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación</p>
15	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 25. Mesa quirúrgica mecánica hidráulica Dice: Sistema de freno hidráulico eléctrico estándar Pregunta: Solicitamos a la convocante sea permitido ofertar freno mecánico lo cual no demerita el buen funcionamiento del equipo ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, se requiere sistema de frenado hidraulico.</p>
16	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 25. Mesa quirúrgica mecánica hidráulica Dice: Carga máxima 320 kg Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante sea permitido ofertar equipo con carga máxima de 230 kg lo cual abarca ampliamente a los tipos de pacientes ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las presentes bases.</p>
17	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 25. Mesa quirúrgica mecánica hidráulica Dice: Altura mínima y máxima de 700 mm-1,000 mm Pregunta: Solicitamos a la convocante a fin de no limitar la libre participación sea permitido ofertar altura mínima y máxima de 720mm-1070mm lo cual no demerita el buen funcionamiento del equipo ¿Se acepta?</p> <p>R.- Favor de apegarse a lo establecido en las presentes bases.</p>


[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
L-PCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

18	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 25. Mesa quirúrgica mecánica hidráulica Dice: Que incluya apoyabrazos, muletas para pierna, soporte de hombro Pregunta: Entendemos que se refiere a que deberán ser entregados pierneras, braceras y soporte en las secciones de la mesa y que el equipo deberá contar con la posibilidad de agregar accesorios para diferentes especialidades en el futuro ¿Es correcto?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las presentes bases.</p>
19	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 26. Monitor de signos vitales básico Dice: Monitor con pantalla de 12.1" Pregunta: Debido a que es un equipo destinado al traslado solicitamos a la convocante sea permitido ofertar monitor con pantalla de 10.4" suficiente para observar las 4 curvas fisiológicas requeridas ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta propuesta, favor de apegarse a las bases.</p>
20	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 26. Monitor de signos vitales básico A fin de mantener la información del paciente, sugerimos a la convocante que el equipo a ofertar deba proporcionar 1200 horas de datos de tendencia. ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las presentes bases.</p>
21	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 33. Ventilador volumétrico adulto/pediátrico/neonatal Debido a la que la terapia de oxígeno es necesario un mayor flujo, sugerimos a la convocante el equipo a ofertar pueda tener una capacidad de 80l/min como mínimo. ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las presentes bases.</p>
22	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 33. Ventilador volumétrico adulto/pediátrico/neonatal Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un ventilador volumétrico con pantalla mínima de 10 pulgadas garantizando la correcta visualización. ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las presentes bases.</p>
23	<p>Anexo 5 Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requiriente: Descripción de los artículos. Partida 33. Ventilador volumétrico adulto/pediátrico/neonatal A fin de obtener una mayor información y que ésta pueda ser utilizada por el personal médico para su correcto accionar, sugerimos a la convocante que el equipo deba tener una representación gráfica del pulmón donde se pueda observar la complianza y distensibilidad del pulmón en tiempo real ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las presentes bases.</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 300
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45160
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Sábido No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chomitos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4455

Correo electrónico


transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx



Handwritten signatures and marks on the right side of the page.




Salud
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO
LPCC-020/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO.

9.- Distribuidora de Equipo Médico e Industrial de México S.A. de
C.V.

Numero	Pregunta:
1	<p>Sobre la "Descripción de los artículos:" Renglón 4 Cama de Hospital</p> <p>Dice: dimensiones de la superficie del paciente 203 cm de largo x 88 cm de ancho como mínimo, dimensiones de la cama +/-55.</p> <p>Entendemos que se refieren a que son las dimensiones de 203 cm de largo x 88 cm de ancho como mínimo con una tolerancia del +/-5% ¿Es correcto?</p> <p>R.- Es correcta su apreciación.</p>
2	<p>Sobre la "Descripción de los artículos:" Renglón 4 Cama de Hospital</p> <p>Dice: longitud total 230cm ancho total 105 cm.</p> <p>Solicitamos a la convocante, para no limitar la libre participación, una tolerancia del 5% en estas dimensiones. ¿Se acepta?</p> <p>R.- Se acepta su propuesta.</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 36318 2200, ext. 3903 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Charritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Otil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de
junta de aclaraciones, siendo las 11:52 horas del 31 de agosto del 2023.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
David Rodríguez González Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Juan Alfonso Cárdenas Ramos Representante de la Dirección Médica	
Virginia Ortiz Arrona Jefa de Enfermería	
Jefe de Anestesiología Alfredo Bismark Plascencia	
Adrián Perfecto Ramos Representante del área Biomédica	

