

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-019/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES
PARA EQUIPO MÉDICO"

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-019/2024 PARA
LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPO
MÉDICO"

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 20 de junio del año 2024, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Claudia Berenice Millán Silva	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Adrián Perfecto Ramos	Representante de la Dirección Médica La requirente

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

- Ningún licitante presente

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

- YALIERCP, S.A. DE C.V.

NUMERO	PREGUNTA:
1	DICE: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 4. Documento de cumplimiento de obligaciones fiscales, Art 32-D con opinión Positiva emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una vigencia no mayor a 30 días naturales de emisión anteriores a la fecha de presentación de su propuesta. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CUMPLIDO CON LA OPINIION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT ¿ES CORRECTO? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-019/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES
PARA EQUIPO MÉDICO"**

2	<p>DICE: 11 BRAZALETE ADULTO PARA PRESION NO INVASIVA PARA ESFIGNOMANOMETRO WELCH ALLYN PIEZA 30</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ¿DE CUANTAS VIAS SE REQUIERE EL BRAZALETE?</p> <p>RESPUESTA: 2 VÍAS</p>
3	<p>DICE: 11 BRAZALETE ADULTO PARA PRESION NO INVASIVA PARA ESFIGNOMANOMETRO WELCH ALLYN PIEZA 30</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ¿DE CUANTAS VIAS SE REQUIERE EL BRAZALETE?</p> <p>RESPUESTA: 2 VÍAS</p>
4	<p>DICE: 60 TROMBAS DE VACIO CON CONECTOR PURITAN 40</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ¿SE DEBE COTIZAR EL ADITAMENTO CON TROMBA QUE ES EL QUE GENERA VACIO A TRAVEZ DEL AIRE?</p> <p>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>

- **DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A DE C.V**

NUMERO	PREGUNTA:						
1	<p>DICE:</p> <table border="1"> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">SENSOR DE SPO2</td> <td align="center">MULTISITIO EXTENSION MONITOR DE VITALES MINDRAY IMEC 12</td> <td align="center">CON PARA SIGNOS MINDRAY</td> <td align="center">PIEZA</td> <td align="center">20</td> </tr> </table> <p>PREGUNTA: SENSOR MULTISTIO Y EXTENSION SON DOS ELEMENTOS DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS; SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR EXTENSION Y SENSOR, O SEA 2 PIEZAS. O EN SU DEFECTO CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR SENSOR Y QUE SE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE.</p> <p>RESPUESTA: SE DEBE ENTREGAR EXTENSIÓN Y SENSOR (2 PIEZAS)</p>	1	SENSOR DE SPO2	MULTISITIO EXTENSION MONITOR DE VITALES MINDRAY IMEC 12	CON PARA SIGNOS MINDRAY	PIEZA	20
1	SENSOR DE SPO2	MULTISITIO EXTENSION MONITOR DE VITALES MINDRAY IMEC 12	CON PARA SIGNOS MINDRAY	PIEZA	20		
2	<p>DICE:</p> <table border="1"> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">SENSOR DE SPO2</td> <td align="center">MULTISITIO EXTENSION MONITOR DE VITALES MEC2000</td> <td align="center">CON PARA SIGNOS MINDRAY</td> <td align="center">PIEZA</td> <td align="center">2</td> </tr> </table> <p>PREGUNTA: SENSOR MULTISTIO Y EXTENSION SON DOS ELEMENTOS DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS; SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR EXTENSION Y SENSOR, O SEA 2 PIEZAS. O EN SU DEFECTO CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR SENSOR Y QUE SE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE.</p> <p>RESPUESTA: SE DEBE ENTREGAR EXTENSIÓN Y SENSOR (2 PIEZAS)</p>	2	SENSOR DE SPO2	MULTISITIO EXTENSION MONITOR DE VITALES MEC2000	CON PARA SIGNOS MINDRAY	PIEZA	2
2	SENSOR DE SPO2	MULTISITIO EXTENSION MONITOR DE VITALES MEC2000	CON PARA SIGNOS MINDRAY	PIEZA	2		

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-019/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES
PARA EQUIPO MÉDICO"**

3	DICE:			
3	SENSOR DE SPO2	PARA ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10	PIEZA	20
PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR SENSOR Y QUE SE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE.?				
RESPUESTA: ES CORRECTO.				
4	DICE:			
4	SENSOR DE SPO2	MULTISITIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL REF#U810-23	PIEZA	10
PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR SENSOR Y QUE SE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE.?				
RESPUESTA: ES CORRECTO.				
5	DICE:			
5	SENSOR DE SPO2	PARA ADULTO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL REF#U410-23	PIEZA	20
PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR SENSOR Y QUE SE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE.?				
RESPUESTA: ES CORRECTO.				
6	DICE:			
6	SENSOR DE SPO2	PARA ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN VISMO REF#TL201T	PIEZA	30
PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR SENSOR Y QUE SE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE.?				
RESPUESTA: ES CORRECTO.				
7	DICE:			
7	SENSOR DE SPO2	PARA ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120 REF#2606483	PIEZA	8
PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR SENSOR Y QUE SE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE.?				
RESPUESTA: ES CORRECTO.				
8	DICE:			
8	SENSOR DE SPO2	PARA ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM80 REF#02.01.210119	PIEZA	14
PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CONFIGURACION DEL CONECTOR DEL SENSOR SOLICITADO YA QUE PARA EL MISMO MODELO EXISTEN 2 OPCIONES: 6 PINES 2 GUIAS (MUESCA) ó 8 PINES 1 GUIA(MUESCA)?				

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-019/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES
PARA EQUIPO MÉDICO"**

	RESPUESTA: 6 PINES, 2 GUÍAS (MUESCAS)				
9	DICE:				
	10	SENSOR DE SPO2	MULTISITIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES CARDIOCAP 5	PIEZA	6
	PREGUNTA: CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR SENSOR Y QUE SE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE.?				
	RESPUESTA: ES CORRECTO.				
10	DICE:				
	11	BRAZALETE ADULTO	PARA PRESION NO INVASIVA PARA ESFIGMOMANOMETRO WELCH ALLYN	PIEZA	30
	PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ¿DE CUANTAS VIAS SE REQUIERE EL BRAZALETE?				
	RESPUESTA: 2 VÍAS.				
11	DICE:				
	16	BRAZALETE	PEDIATRICO PARA PANI MEDIDA	PIEZA	70
	PREGUNTA: 1.-ESTE TIPO DE BRAZALETE CON NUMERACION BAJA ES COMUNMENTE UTILIZADO PARA PACIENTES NEONATALES; DE IGUAL FORMA SON BRAZALETES DESECHABLES. ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO ES <u>BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE</u> , ¿ES ESTO CORRECTO? 2.- ASI MISMO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ¿DE CUANTAS VIAS SE REQUIERE EL BRAZALETE?				
	RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, 1 VÍA.				
12	DICE:				
	17	BRAZALETE	PEDIATRICO PARA PANI MEDIDA	PIEZA	70
	PREGUNTA: 1.-ESTE TIPO DE BRAZALETE CON NUMERACION BAJA ES COMUNMENTE UTILIZADO PARA PACIENTES NEONATALES; DE IGUAL FORMA SON BRAZALETES DESECHABLES. ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO ES <u>BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE</u> , ¿ES ESTO CORRECTO? 2.- ASI MISMO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ¿DE CUANTAS VIAS SE REQUIERE EL BRAZALETE?				
	RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, 1 VÍA.				
13	DICE:				
	18	BRAZALETE	PEDIATRICO PARA PANI MEDIDA	PIEZA	70
	PREGUNTA: 1.-ESTE TIPO DE BRAZALETE CON NUMERACION BAJA ES COMUNMENTE UTILIZADO PARA PACIENTES NEONATALES; DE IGUAL FORMA SON BRAZALETES DESECHABLES. ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO ES <u>BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE</u> , ¿ES ESTO CORRECTO? 2.- ASI MISMO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ¿DE CUANTAS VIAS SE REQUIERE EL BRAZALETE?				
	RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, 1 VÍA.				

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-019/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES
PARA EQUIPO MÉDICO"**

14	<p>DICE:</p> <table border="1" data-bbox="510 226 1564 340"> <tr> <td data-bbox="510 226 646 340">19</td> <td data-bbox="646 226 837 340">BRAZALETE</td> <td data-bbox="837 226 1300 340">PEDIATRICO PARA PANI MEDIDA 4</td> <td data-bbox="1300 226 1444 340">PIEZA</td> <td data-bbox="1444 226 1564 340">15</td> </tr> </table> <p>PREGUNTA: 1.-ESTE TIPO DE BRAZALETE CON NUMERACION BAJA ES COMUNMENTE UTILIZADO PARA PACIENTES NEONATALES; DE IGUAL FORMA SON BRAZALETES DESECHABLES. ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO ES BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE, ¿ES ESTO CORRECTO? 2.- ASI MISMO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ¿DE CUANTAS VIAS SE REQUIERE EL BRAZALETE? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, 1 VÍA.</p>	19	BRAZALETE	PEDIATRICO PARA PANI MEDIDA 4	PIEZA	15
19	BRAZALETE	PEDIATRICO PARA PANI MEDIDA 4	PIEZA	15		
15	<p>DICE:</p> <table border="1" data-bbox="510 655 1564 768"> <tr> <td data-bbox="510 655 646 768">20</td> <td data-bbox="646 655 837 768">BRAZALETE</td> <td data-bbox="837 655 1300 768">PEDIATRICO PARA PANI MEDIDA 5</td> <td data-bbox="1300 655 1444 768">PIEZA</td> <td data-bbox="1444 655 1564 768">15</td> </tr> </table> <p>PREGUNTA: 1.-ESTE TIPO DE BRAZALETE CON NUMERACION BAJA ES COMUNMENTE UTILIZADO PARA PACIENTES NEONATALES; DE IGUAL FORMA SON BRAZALETES DESECHABLES. ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO ES BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE, ¿ES ESTO CORRECTO? 2.- ASI MISMO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: ¿DE CUANTAS VIAS SE REQUIERE EL BRAZALETE? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, 1 VÍA.</p>	20	BRAZALETE	PEDIATRICO PARA PANI MEDIDA 5	PIEZA	15
20	BRAZALETE	PEDIATRICO PARA PANI MEDIDA 5	PIEZA	15		
16	<p>DICE:</p> <table border="1" data-bbox="510 1071 1564 1297"> <tr> <td data-bbox="510 1071 646 1297">21</td> <td data-bbox="646 1071 837 1297">CABLE TRONCAL ECG</td> <td data-bbox="837 1071 1300 1297">CON 3 DERIVACIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO/NEONATAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12 REF#0010-30-42720</td> <td data-bbox="1300 1071 1444 1297">PIEZA</td> <td data-bbox="1444 1071 1564 1297">15</td> </tr> </table> <p>PREGUNTA: CABLE TRONCAL ES UN ELEMENTO AL QUE PARA COMPLEMENTARLOS SE LE AÑADE UN JUEGO DE DERIVACIONES O LATIGUILLOS; SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES, O SEA 2 ELEMENTOS. O EN SU DEFECTO CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR UN CABLE QUE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE. RESPUESTA: POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES (2 ELEMENTOS)</p>	21	CABLE TRONCAL ECG	CON 3 DERIVACIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO/NEONATAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12 REF#0010-30-42720	PIEZA	15
21	CABLE TRONCAL ECG	CON 3 DERIVACIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO/NEONATAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12 REF#0010-30-42720	PIEZA	15		
17	<p>DICE:</p> <table border="1" data-bbox="510 1625 1564 1852"> <tr> <td data-bbox="510 1625 646 1852">22</td> <td data-bbox="646 1625 837 1852">CABLE TRONCAL ECG</td> <td data-bbox="837 1625 1300 1852">CON 3 DERIVACIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO/NEONATAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC 2000 REF#0012-00-0991-01</td> <td data-bbox="1300 1625 1444 1852">PIEZA</td> <td data-bbox="1444 1625 1564 1852">2</td> </tr> </table> <p>PREGUNTA: CABLE TRONCAL ES UN ELEMENTO AL QUE PARA COMPLEMENTARLOS SE LE AÑADE UN JUEGO DE DERIVACIONES O LATIGUILLOS; SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES, O SEA 2 ELEMENTOS. O EN SU DEFECTO CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR UN CABLE QUE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE. RESPUESTA: POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES (2 ELEMENTOS)</p>	22	CABLE TRONCAL ECG	CON 3 DERIVACIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO/NEONATAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC 2000 REF#0012-00-0991-01	PIEZA	2
22	CABLE TRONCAL ECG	CON 3 DERIVACIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO/NEONATAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC 2000 REF#0012-00-0991-01	PIEZA	2		

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-019/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES
PARA EQUIPO MÉDICO"**

18	DICE:			
23	CABLE TRONCAL ECG	CON 5 DERIVACIONES PARA PACIENTE ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10 REF#040-000961-00	PIEZA	15
PREGUNTA: CABLE TRONCAL ES UN ELEMENTO AL QUE PARA COMPLEMENTARLOS SE LE AÑADE UN JUEGO DE DERIVACIONES O LATIGUILLOS; SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES, O SEA 2 ELEMENTOS. O EN SU DEFECTO CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR UN CABLE QUE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE. RESPUESTA: POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES (2 ELEMENTOS)				
19	DICE:			
24	CABLE TRONCAL ECG	CON 5 DERIVACIONES PARA PACIENTE ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM80 REF#01.57.471096-10	PIEZA	10
PREGUNTA: CABLE TRONCAL ES UN ELEMENTO AL QUE PARA COMPLEMENTARLOS SE LE AÑADE UN JUEGO DE DERIVACIONES O LATIGUILLOS; SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES, O SEA 2 ELEMENTOS. O EN SU DEFECTO CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR UN CABLE QUE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE. RESPUESTA: POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES (2 ELEMENTOS)				
20	DICE:			
25	CABLE TRONCAL	CON 5 DERIVACIONES PARA PACIENTE ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER INFINITY VISTA XL REF#MP03414	PIEZA	10
PREGUNTA: CABLE TRONCAL ES UN ELEMENTO AL QUE PARA COMPLEMENTARLOS SE LE AÑADE UN JUEGO DE DERIVACIONES O LATIGUILLOS; SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES, O SEA 2 ELEMENTOS. O EN SU DEFECTO CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR UN CABLE QUE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE. RESPUESTA: POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES (2 ELEMENTOS)				
21	DICE:			
26	CABLE TRONCAL	CON 5 DERIVACIONES PARA PACIENTE ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120 REF#2606192	PIEZA	4
PREGUNTA: CABLE TRONCAL ES UN ELEMENTO AL QUE PARA COMPLEMENTARLOS SE LE AÑADE UN JUEGO DE DERIVACIONES O LATIGUILLOS; SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES, O SEA 2 ELEMENTOS. O EN SU DEFECTO CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR UN CABLE QUE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE. RESPUESTA: POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES (2 ELEMENTOS)				

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-019/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES
PARA EQUIPO MÉDICO"**

22	DICE: 27	CABLE TRONCAL	CON 5 DERIVACIONES PARA PACIENTE ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN VISMO PVM2701	PIEZA	20
<p>PREGUNTA: CABLE TRONCAL ES UN ELEMENTO AL QUE PARA COMPLEMENTARLOS SE LE AÑADE UN JUEGO DE DERIVACIONES O LATIGUILLOS; SOLICITAMOS DE LA MANER MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES, O SEA 2 ELEMENTOS O EN SU DEFECTO CONSIDERAMOS QUE LO QUE SE BUSCA ES ADQUIRIR UN CABLE QUE CONECTE DESDE EL MONITOR AL PACIENTE, INVARIABLEMENTE.</p> <p>RESPUESTA: POR CADA PIEZA SOLICITADA SE DEBE ENTREGAR UN CABLE TRONCAL Y UN JUEGO DE DERIVACIONES (2 ELEMENTOS)</p>					
23	DICE: 77	CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFIA	DE 10 LATIGUILLOS TIPO BANANA	PIEZA	20
<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE PARA QUE EQUIPO SE REQUIERE ESTE CABLE: ¿MARCA Y MODELO?</p> <p>RESPUESTA: CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO COMPATIBLE CON CONTEC, PHILIPS WELCHALLYN, MINDRAY, ZEGEN, SPACELABS.</p>					

• **BIOMEDICA TINAJERO S. DE R.L. DE C.V.**

Número:	Pregunta:
1	<p>Con referencia al Anexo 5, sección "Condiciones", punto "Las refacciones deberán entregarse dentro de los primeros 30 días posteriores al fallo ". Se le solicita a la convocante que defina si son 30 días hábiles.</p> <p>RESPUESTA: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO</p>
2	<p>Con referencia al Anexo 5, sección "Condiciones", punto "Las refacciones deberán entregarse dentro de los primeros 30 días posteriores al fallo ". Se le solicita a la convocante que se aumente el tiempo de entrega a 45 días hábiles.</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.</p>
3	<p>Con referencia al anexo 5, sección "Descripción de los artículos", renglones 16, 17, 18, 19 y 20. Se le solicita a la convocante que defina si los brazaletes solicitados son desechables o reusables.</p> <p>RESPUESTA: BRAZALETES DESACHABLES;</p> <p>16) BRAZALETE PARA PANI MEDIDA 1 17) BRAZALETE PARA PANI MEDIDA 2 18) BRAZALETE PARA PANI MEDIDA 3 19) BRAZALETE PARA PANI MEDIDA 4 20) BRAZALETE PARA PANI MEDIDA 5</p>
4	<p>Con referencia al anexo 5, sección "Descripción de los artículos", renglones 16, 17, 18, 19 y 20. Se le solicita a la convocante que especifique de qué tamaño serán los brazaletes en cm.</p> <p>RESPUESTA:</p> <p>16) MEDIDA 1: 3-6CM 17) MEDIDA 2: 4-8CM 18) MEDIDA 3: 6-11CM 19) MEDIDA 4: 7-13CM 20) MEDIDA 5: 8-15CM</p>

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-019/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES
PARA EQUIPO MÉDICO"**

5	<p>Con referencia al anexo 5, sección "Descripción de los artículos", renglón 82 "Resistencia 3000W". Se le solicita a la convocante que especifique la marca y modelo de la autoclave de vapor en la que se instalará la resistencia, o, en todo caso, describir las especificaciones técnicas que debe de cumplir la resistencia.</p> <p>RESPUESTA: RESISTENCIA 3000W. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA RESISTENCIA: RESISTENCIA EN FORMA DE "U" DE 77.5 CM DE LONGITUD TOTAL, DE COBRE 3000W A 220V CON CONECTOR DE 1/2"</p>
---	---

• **ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ.**

Número:	Pregunta:
1	<p>EN EL ANEXO 5 PAGINA 25 DICE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CANTIDADES, CONDICIONES DE ENTREGA, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRIENTE</p> <p>Con la finalidad de realizar una evaluación cualitativa de manera objetiva, los proveedores interesados en participar, DEBERÁN PRESENTAR FICHA TÉCNICA DETALLADA QUE DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OFERTADO, en caso de que éstas se presenten escritas en otro idioma, deberán de ser traducidas al español (latino), haciendo hincapié en que no se aceptan traducciones automatizadas. Misma documentación deberá de presentarse también en la propuesta técnica, de no presentarlo, la propuesta será desechada y la propuesta económica solo servirá como comparativo para determinar el fallo.</p> <p>La pregunta es: Si solo se Podría presentarse la propuesta técnica poniendo la marca del producto ya que la variedad de consumibles y refacciones es muy variada tanto en marcas como modelos.</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.</p>

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 12:15 horas del 20 de junio del 2024.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Representante de la Dirección Médica El requirente.	