



Salud
Construcción
de comunidad

JUNTA DE ACLARACIONES Y/O PREGUNTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DE NUMERO LPCC-001/2020, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ANÁLISIS Y LABORATORIO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN Y LAS UNIDADES DE EMERGENCIA.

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, estando reunidos en el Auditorio dentro de las Oficinas Administrativas del O.P.D. "SSMZ" (primer piso edificio administrativo), mismas que se encuentran ubicadas en la Calle Ramón Corona No. 500, Col. Centro en Zapopan, Jalisco y siendo las diez horas del día 21 de febrero del 2020 dos mil veinte, se celebra la junta aclaratoria de la licitación pública local con concurrencia LPCC-001/2020.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tels.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:
www.ssmz.gob.mx

Ante la presencia por parte del Organismo

- 1. Lic. Roberto Cárabes Quintero**
Jefe de Recursos Materiales del OPD
- 2. Lic. María Fernanda Fuentes Flores**
Director Jurídico del OPD
En representación el Lic. Jesús Ruvalcaba Romero
- 3.- L.C.P. Gerardo De Anda Arrieta**
Contralor Interno del OPD
En representación el Lic. Emilio Gabriel Camberos
- 4.-Lic. Margarita Zepeda Tapia**
Subdirector Administrativo del OPD

PARTICIPANTES:

- 1.- Marisol Herrera Macías. - GRUPO FICSE EMPRESARIAL S.A. DE C.V.**
- 2.- Andrés Arley Águila. - DADIAL MEDICA**
- 3.- Jael Saraí Pérez Sotelo. - DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.**
- 4.-Irvin Gutiérrez Villalvazo. - DICIPA S.A. DE C.V.**





Salud
Construcción
de comunidad



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos

La que suscribe Belén Toscano Orozco representante legal de la empresa **Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.** manifiesto los cuestionamientos referentes a la licitación "SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN" LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA LPCC-001/2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ANÁLISIS Y LABORATORIO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN Y LAS UNIDADES DE EMERGENCIA. Que a continuación se enlistan:

1.- Página 14, VII Insumos, inciso c) Se deberá contemplar todo el universo de insumos y productos para la realización de las pruebas como son Reactivos, controles, calibradores, tubos para toma de muestra, agujas, papel para impresión, etiquetas, algodón, alcohol etílico, jeringas para gasometría, recipientes para toma de muestra de orinas, etc. El siguiente listado es enunciativo más no limitativo.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita que para cumplir con este punto será suficiente anexar una carta bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos con el listado de insumos. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

2.- Página 55, Anexo 3, Contenido de la propuesta técnica, numeral 16.- Catálogos de los equipos a ofertar.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita integrar hojas de manual y/o insertos para cumplir con las referencias de los equipos a ofertar ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

3.- Página 55, Anexo 3, Contenido de la propuesta técnica.

Es correcto entender que para los equipos propuestos se podrá presentar cualquiera de los siguientes certificados de buenas prácticas de manufactura: FDA, Comunidad Europea, ISO 13485:2016, aprobación del ministerio de salud local de cada país o su equivalente.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

4.- Página 9 a 21, Anexo 2 Especificaciones técnicas requeridas para la licitación.

Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que este anexo es de carácter informativo o se tendrá que entregar una carta bajo



Salud
Construcción
de comunidad

protesta de decir verdad de que se cumplirá con lo solicitado en el mismo.
Favor de aclarar.

RESPUESTA: SIENDO ESTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE LA LICITACION, DEBERA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIRA CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2, ADEMAS PRESENTAR CARTA COMPROMISO (FORMATO LIBRE) DE CAMBIO DE CONSUMIBLES PROXIMOS A CADUCAR.

5.- Página 1, Unidades donde se prestará el servicio.

Derivado al historial de la licitación menciona una unidad nueva la cual es Cruz verde la Niña Eva. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si esta ocasión si se encuentra lista para su uso y se tomara en cuenta para equipar. Favor de Aclarar.

RESPUESTA: SE DEBERA TOMAR EN CUENTA PARA EQUIPAR TODAS LAS UNIDADES REQUERIDAS EN LA LICITACION

6.- Página 3, Visitas de Campo.

Derivado de la revisión de las bases y que no se encuentra un formato especial para este punto se deberá entender que es en formato libre. ¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

7.- Pagina 6. 1.- Formato 4.1 para la Presentación de la propuesta económica Acreditación Legal: punto 1

Se deberá entender que para cumplir con este punto se integrará copia del formato de inscripción o actualización al padrón de proveedores y copia simple de la identificación oficial del representante legal que firmará la propuesta técnica y económica. ¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

8.- Pagina 6. 1.- Formato 4.1 para la Presentación de la propuesta económica Acreditación Legal: punto 2 inciso b) Persona moral. Solicitamos amablemente nos aclare si para cumplir con este punto también se integrara copia del acta constitutiva de la empresa ya que también solicitan que se integre en el Anexo 3 contenido de propuesta técnica punto 1 inciso a) persona jurídica. Favor de indicarnos en qué punto se integrará.

RESPUESTA: SE INTEGRARÁ EN LA PROPUESTA TECNICA

9.- Pagina 10 punto II Plazo, lugar y condiciones de la presentación del servicio a contratar.

Nota deberá presentar carta compromiso (formato libre) de cambio de consumibles próximos a caducar. Se deberá entender que esta carta mencionada se entrega en caso de resultar adjudicado y entrar en este supuesto. ¿Es correcta nuestra apreciación?



Gobierno de
Zapopan

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**

Remón Corona No. 500.
Csl. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**

Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3525 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"

Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION.

DEBERA PRESENTAR LA CARTA COMPROMISO EN SU PROPUESTA TECNICA SIENDO UN FORMATO LIBRE PODRA MENCIONAR QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO SE COMPROMETE AL CAMBIO DE CONSUMIBLES PRÓXIMOS A CADUCAR.

10.- Página 54, punto 12, formato 3.12

Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que si a mí representada no le aplica este supuesto bastará con entregar una carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que NO APLICA.

RESPUESTA: DEBERA CUMPLIR CON EL MANIFIESTO DE CLASIFICACION DE EMPRESA. (MICRO, PEQUEÑA Y/O MEDIANA)

11.- Página 13, numeral VI. Equipamiento

Es correcto entender que los equipos a instalar deberán estar en óptimas condiciones y ensamblados de manera integral en el país de origen favor de aclarar.

RESPUESTA: SE REFIERE A QUE NO SE ACEPTARA EQUIPOS RECONSTRUIDOS, NI DE BIENES CORRESPONDIENTES A SALDOS O REMANTES QUE OSTENTEN LEYENDAS EN INGLES "ONLY EXPORT", "DEMO" NI "ONLY INVESTIGATION" O SU EQUIVALENTE O DESCONTINUADOS O DE AQUELLOS DE LOS QUE NO SE AUTORIZA SU USO EN EL PAIS DE ORIGEN PORQUE HAYAN SIDO MOTIVO DE ALERTAS MEDICAS O DE CONCENTRACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS QUE INSTRUYAN SU RETIRO DEL MERCADO.

12.- Página 22 a 47, Anexo 2A Equipo mínimo requerido para la prestación del servicio.

Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que este anexo es de carácter informativo o se tendrá que entregar una carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá con lo solicitado en el mismo. Favor de aclarar.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.

13.- Página 5, III. Propuesta Técnica.

Es correcto entender que la propuesta técnica será requisitada conforme al formato 3.1 (página 56 a la 70), debiendo referenciar las especificaciones técnicas solicitadas en dicho formato. Favor de aclarar.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.

14.- Formato 3.1

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que para el caso de los puntos que no se puedan referenciar en catálogos o manual tales como servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, control de calidad externo presentado



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA

DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3525 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"

Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

por el proveedor, regulador de voltaje, batería de respaldo, no-break, refacciones de acuerdo a las necesidades compatibles con la marca y modelo del equipo, nos permita integrar carta bajo protesta de decir verdad de que caso de resultar adjudicados se dará cabal cumplimiento a lo solicitado. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

15.- Página 4, Descripción detallada de anexos y formatos.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que el acomodo de los documentos será de acuerdo al orden enlistado en la Descripción detallada de anexos y formatos.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.

16.- Página 49 Anexo 2-B Relación promedio anual de estudios de laboratorio.

Dado el bajo volumen de pruebas de microbiología de los Laboratorios de la Cruz Verde, se solicita amablemente a la convocante que se pueda aceptar la alternativa de incluirlas en las pruebas manuales para este proceso o estas serán concentradas en el laboratorio del Hospital General de Zapopan, ¿Favor de aclarar?

RESPUESTA: PRUEBAS MANUALES SE REALIZARÁN EN CADA UNIDAD DE EMERGENCIA Y HOSPITAL GENERAL PAGINA 69 AREA 10 (PRUEBAS MANUALES) Y MICROBIOLOGIA AUTOMATIZADA SE REALIZARÁ SOLO EN EL HOSPITAL, PAGINA 68 AREA 9

18.- Página 68, Área 9 Microbiología Automatizada; Característica Técnica Solicitada numeral 2.- Preparación automatizada en un solo paso, directa o con accesorios para estandarizar la preparación del inóculo 6.9×10^5 UFC/ml para las tarjetas o panales.

Es correcto entender que para cumplir con este requisito bastara con ofertar un equipo externo que verifique el valor de Mc Farland del inóculo para medir la turbidez de la suspensión bacteriana. Favor de aclarar.

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

18.- Página 68, Área 9 Microbiología Automatizada; Característica Técnica Solicitada numeral 5.- incubación de tarjetas o paneles..., Haemophilus máximo en 5 horas.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar para la determinación de Haemophilus que la identificación se encuentra disponible en aproximadamente 6 horas. Favor de aclarar.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

19.- Página 68, Área 9 Microbiología Automatizada; Característica Técnica Solicitada numeral 6.- Software en español..., que también se pueda exportar a Excel toda la epidemiología y procesarla realizando filtros, gráficos y presentaciones en Power Point.

Es correcto entender que para dar cumplimiento a esta característica será suficiente con proporcionar una licencia con paquetería de office en el



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

laboratorio del hospital General de Zapopan para el área de microbiología.
Favor de aclarar.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

20.- Página 68, Área 9 Microbiología Automatizada; Característica Técnica Solicitada numeral 7.- El sistema de microbiología cumple... Detección de Meticlina resistente con Cefotixime, en la misma tarjeta o panel.
Es correcto entender que la convocante requiere Detección de Meticilina resistente con Cefotaxima, en la misma tarjeta o panel. Favor de aclarar.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

21.- Página 55, numeral 17. Registro Sanitario

Se deberá entender que para cumplir con este punto se integrará registro sanitario vigente y/o prorroga y/o solicitud de prorroga de cada bien ofertado en la propuesta técnica exceptuando estudios especiales y pruebas manuales. ¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

22.- Página 72, Formato 3.3 Formato para la declaración escrita.

Numeral 2. Que mi representada está al corriente en la presentación en tiempo y forma de las declaraciones de impuestos federales y locales, anuales respecto de los últimos ejercicios fiscales y provisionales correspondientes hasta la actualidad para lo cual se anexa: Declaración anual 2019.

Es correcto entender que la convocante requiere la Declaración Anual 2018; ya que la fecha límite para realizar este trámite para personas físicas es el 30 de abril del 2020 y para personas Morales el 31 de marzo del 2020. Favor de aclarar.

RESPUESTA: DEBERA PRESENTAR DECLARACION ANUAL 2018 Y DECLARACION PROVISIONAL ENERO 2020

23.- Página 52, Anexo III, inciso a.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si bastará con presentar una carta en hoja membretada donde mencione que el poder no ha sido revocado, firmada por el administrador único, anexando copia simple del Acta Constitutiva.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

adicionales a los enviados el día 19 de febrero de 2020:

1.- Página 71, formato 3.2

Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione la información exacta que se integrará anexo a este documento, conforme a (Exponer detalladamente los datos representativos de la empresa, tamaño,



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

experiencia en el mercado, y demás datos que considere necesarios). Favor de aclarar.

RESPUESTA: SIENDO UN FORMATO PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TECNICA SUFICIENTE, PODRA ANEXAR DATOS QUE USTED CONSIDERE NECESARIOS.

2.- Página 72, Formato 3.3, punto 2.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare exactamente qué documento se integrará para cumplir con el punto "Documento que acredita encontrarse al corriente en **cuotas obrero patronales de seguridad social**". Favor de aclarar.

RESPUESTA: OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

3.- Página 72, Formato 3.3, punto 2.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare exactamente qué documento se integrará para cumplir con el punto "**Documento que acredita estar al corriente del impuesto sobre nómina**". Favor de aclarar.

RESPUESTA: A LA CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS.

4.- Página 58, ÁREA 02: Coagulación Equipo Tipo 3. Equipo Automatizado De Alto Rendimiento.

Solicitan Metodología: coagulometrica, cromogénica, inmunológica, nefelometría y foto óptico. Es correcto entender que cualesquiera de las metodologías antes mencionadas serán aceptadas ya sea en combinación de dos o más de estas; favor de aclarar.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

5.- Página 58, ÁREA 02: Coagulación Equipo Tipo 3. Equipo Automatizado De Alto Rendimiento.

Solicitan Velocidad mínimo 75 pruebas por hora. De acuerdo a la productividad y al número de pruebas de coagulación que se realizan en el Hospital General de Zapopan es correcto entender que la Velocidad mínima requerida es de 175 pruebas por hora favor de aclarar.

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION.

6.- Página 59, ÁREA 02: Coagulación Equipo Tipo 4. Equipo Automatizado De Bajo Rendimiento.

Solicitan Metodología: coagulometrica, cromogénica e inmunológica. Es correcto entender que cualesquiera de las metodologías antes mencionadas serán aceptadas ya sea en combinación de dos o más de estas; favor de aclarar.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.



Gobierno de
Zapopan

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 363 19471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**

Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"

Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

adicionales a los enviados el día 19 y 20 de febrero de 2020:

1.- Página 65, Área 07 Química Clínica, Analizador de Mediano Rendimiento.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un sistema con 27 posiciones de reactivos a bordo para aproximadamente 14 ensayos y hasta 8 discos de reactivos intercambiables, que utilice botellas de reactivos del sistema con códigos de barra 2D en configuraciones de 50-200 pruebas dependiendo del ensayo. ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

Atentamente

Belén Toscano Orozco
Representante Legal
Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.

EMPRESA: DICIPA SA DE CV

1 Referente al contenido de la propuesta técnica, punto 3 FORMATO 3.3; Declaración escrita; Solicitan declaración Anual 2019, Debido que al momento de presentar propuesta todavía no es obligatoria la declaración anual, solicitamos nos permita presentar declaración 2018 y las declaraciones de los últimos 3 meses a la fecha de presentación de propuesta, cumpliendo con el resto de los requisitos solicitados en el punto, garantizando así el cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones fiscales hasta la actualidad. ¿Se acepta?

RESPUESTA: DEBER PRESENTAR DECLARACION ANUAL 2018 Y DECLARACION PROVISIONAL ENERO 2020

2 Referente al contenido de la propuesta técnica, punto 6 FORMATO 3.6; solicitan formato del escrito de carta de apoyo. Solicitamos a la convocante que esta carta sea opcional ya que en el formato 3.5 carta compromiso de préstamo de los equipos y/o aparatos la empresa oferente es la que se hace responsable del cumplimiento de las especificaciones manifestadas en la propuesta, ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA PRESENTAR EL FORMATO DE ESCRITO DE CARTA DE APOYO.

3 Área 01 Hematología, Equipo tipo 2 de Mediano rendimiento, Punto 8, Solicitan equipo con muestreo automático y modo manual. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar en Cruz verde Santa Lucia, Villas de Guadalupe y Niña Eva, equipo con modo manual y automático como opcional debido a la carga de trabajo de esas unidades, no amerita como indispensable el modo automático al tener en promedio de 12 a 7 muestras al día y eso encarecería la propuesta ¿Se acepta?



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500,
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Fresa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

4 Área 02 Coagulación, Equipo Tipo 3. De Alto Rendimiento, punto 3 solicitan velocidad mínimo 75 pruebas por hora, con el fin de no limitar la participación solicitamos poder ofertar un equipo con 60 pruebas por hora que cumpla con todas las características requeridas. Ya que el volumen promedio es de 66 pruebas por día. ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

5 Área 02 Coagulación, Equipo Tipo 4. De Bajo Rendimiento, punto 6 solicitan Control de calidad integrado con graficas de Levey – Jenning, solicitamos amablemente nos permita ofertar para el cumplimiento de este punto una computadora externa con programa de control de calidad que muestre las gráficas de levey -jenning y datos estadísticos. ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

6 Área 03 Uroanálisis, Equipo Tipo 5. Mediano Rendimiento, punto 4 Calibrador, solicitamos amablemente a la convocante nos permita poder referenciar este punto como tira de chequeo, que es el equivalente a la calibración en nuestra marca y que cumple con el objetivo de establecer un blanco de referencia en la lectura ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

7 Área 05 Electrolitos Equipo Tipo 8. Mediano Rendimiento, punto 10 solicitan Muestras en tubo primario, copilla, jeringa y capilar, solicitamos amablemente nos permita procesar las muestras de capilares en los equipos de gasometría ya que al solicitar pruebas efectivas no les afectaría en que equipo se realicen. ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

8 Área 07 Química Clínica, Equipo Tipo 10. Alto Rendimiento, punto 6. Solicitan reactivos de sistema cerrado, solicitamos amablemente que esta característica sea opcional siempre y cuando los reactivos cumplan con los requerimientos de calidad solicitados en el punto 17 del anexo 3 contenido de la propuesta técnica. Permitiendo así tener mayor número de oferentes ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

9 Área 07 Química Clínica, Equipo Tipo 11. Mediano Rendimiento, punto 4. Solicitan Reactivos de sistema cerrado, solicitamos amablemente que esta característica sea opcional siempre y cuando los reactivos cumplan con los requerimientos de calidad solicitados en el punto 17 del anexo 3 contenido de la propuesta técnica. Permitiendo así tener mayor número de oferentes ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco, México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA

DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"

Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200 Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

10 Área 07 Química Clínica, Equipo tipo 10. Alto rendimiento, punto 5. Solicitan Tipo de muestra: suero, plasma, orina, LCR, hemolizado, sangre total y otros fluidos corporales. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar tipo de muestra suero plasma, orina, LCR, hemolizado y otros fluidos corporales ya que el análisis de sangre total es realizado solamente por una marca en el mercado y esto limita la participación para los demás licitantes ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

11 Área 07 Química Clínica, Equipo Tipo 11. Mediano Rendimiento, punto 3. Solicitan Capacidad de procesar suero, plasma, orina y sangre total. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar tipo de muestra suero, plasma y orina ya que el análisis de sangre total es realizado solamente por una marca en el mercado y esto limita la participación para los demás licitantes ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

Atentamente

Oscar Solis Acosta
Representante legal
Dicipa S.A. de C.V.

GRUPO FICSE EMPRESARIAL S.A de C.V

1.- De acuerdo a las presentes bases la publicación del fallo es el 5 de marzo del presente año, sin embargo, las mismas bases solicita que se cotice y se otorgue el servicio a partir del 1 de Marzo de 2020.

Pregunta: ¿en caso de que exista algún error a partir de qué fecha se cotizaría y se iniciaría a otorgar el servicio en caso de ser adjudicado?

RESPUESTA: SERA RETROACTIVO.

2.- Formato 3.3 Se solicita declaración anual 2019 y declaración provisional 2019.

Pregunta: Se deberá presentar la declaración anual 2018 y declaración provisional 2019 ¿Es correcta mi apreciación?

RESPUESTA: DEBERA PRESENTAR DECLARACION ANUAL 2018 Y DECLARACION PROVISIONAL ENERO 2020

3.- Punto 17 contenido de la propuesta técnica dice: copia simple perfectamente legible de la licencia y registro sanitario.

Pregunta: A qué se refiere con licencia ¿será suficiente presentar registro sanitario?



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Parah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"

Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

**RESPUESTA: PRESENTAR LICENCIA DE SALUBRIDAD Y REGISTRO
SANITARIO**

ATENTAMENTE

L.A.Q.B Marisol Herrera Macías

GRUPO FICSE EMPRESARIAL S.A de C.V

EMPRESA **DADIAL MÉDICA S.A. DE C.V.** PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DE **NUMERO LPCC-001/2020. REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ANÁLISIS Y LABORATORIO, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN Y LAS UNIDADES DE EMERGENCIA.**

1. Área 1. Hematología Tipo 1 Analizador de Alto rendimiento HG- Zapopan. Solicitan en punto 3. CAPACIDAD DE PROCESAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, NEUT%, NEUT#, lymph%, lymph#, MONO%, MONO#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, PDW, PCT. P-LCR. Podría la convocante permitirnos ofertar equipo con la capacidad de los siguientes parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, NEUT%, NEUT#, lymph%, lymph#, MONO%, MONO#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, PDW, PCT, no limitando la libre participación, cumpliendo cabalmente con la calidad de los estudios. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

2. Área 1 Hematología Tipo 1 Analizador de Alto rendimiento HG- Zapopan. Solicitan en punto 5. Principio de medición: Citometría de flujo, método: de impedancia con enfoque hidrodinámico. Podría la convocante permitir ofertar equipo con principio de medición Rayo láser e Impedancia no limitado la libre participación, cumpliendo cabalmente con la calidad de los estudios. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

3. Área 1 Hematología Tipo 2 Analizador de mediano rendimiento Cruz verde Sur, Norte, Sta. Lucia. Villa de Gpe y Niña Eva. Solicitan en punto 2. CAPACIDAD DE PROCESAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, NEUT%, NEUT#, lymph%, lymph#, MONO%, MONO#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, PDW, PCT. P-LCR. Podría la convocante permitirnos ofertar equipo con la capacidad de los siguientes parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, NEUT%, NEUT#, lymph%, lymph#, MONO%, MONO#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, PDW, PCT, no limitando la libre participación,



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 3535
C.P. 45080 Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan G. Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

cumpliendo cabalmente con la calidad de los estudios. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

4. Área 1 Hematología Tipo 2 Analizador de mediano rendimiento Cruz verde Sur, Norte, Sta. Lucia. Villa de Gpe y Niña Eva. 5. Principio de medición: Citometría de flujo, Podría la convocante permitir ofertar equipo con principio de medición Rayo láser e Impedancia no limitado la libre participación, cumpliendo cabalmente la calidad de los estudios. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

5. Área 05 Electrolitos Tipo 8 HG Zapopan, Cruz verde Sur, Norte, Sta. Lucia. Villa de Gpe y Niña Eva. Solicitan en punto 3 Medición de suero u orina (mediante la utilización de diluyente en el caso de orina). Podría la convocante nos permita ofertar equipo que no requiere diluyente para diluir muestra de orina, ya que evita errores al realizar diluciones asegurando un resultado confiable, evitando un posible error humano y cumpliendo los niveles de calidad. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA

6. Área 6 Marcadores Cardiacos HG Zapopan, Cruz verde Sur, Norte, Sta. Lucia. Villa de Gpe y Niña Eva. Solicitan en punto 2 Calibración automático. Podría la convocante permitir ofertar equipo que no requiere calibración automática, ya que cuenta con control de calidad interno de tres niveles el cual cumple cabalmente la calidad de los resultados.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

7. Anexo 3 Contenido de la propuesta Técnica. Punto 17 Solicitan Copia simple perfectamente legible de la licencia y registro sanitario actualizado de cada bien ofertado. Podría la convocante corroborar que para dar cumplimiento a este punto bastará con presentar aviso de funcionamiento como distribuidor primario y/o licitante en caso de ser errónea nuestra apreciación nos puede explicar qué documento debemos anexar como licencia?

RESPUESTA: PRESENTAR LICENCIA DE SALUBRIDAD Y REGISTRO SANITARIO

8. En el formato 3.3 para la declaración escrita, en el punto 2 dice que, se debe anexar la declaración anual 2019, para presentar esta, el plazo establecido por el SAT vence el 31 de marzo del 2020, se permite



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 3535
C.P. 45080 Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Pesa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200 Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan G. Preciado y calle 1.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





Salud
Construcción
de comunidad

presentar declaración anual 2018, ya que anexamos la declaración provisional a diciembre del 2019.

RESPUESTA: DEBERA PRESENTAR DECLARACION ANUAL 2018 Y DECLARACION PROVISIONAL ENERO 2020

ANDRES ARLEY AGUILA.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida.



Gobierno de
Zapopan

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco, México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farán No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**

Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"

Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:

transparencia.salud@zapopan.gob.mx




Página web:

www.ssmz.gob.mx



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO"
ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

LISTA DE ASISTENCIA JUNTA ACLARATORIA COMITÉ DE ADQUISICIONES
Convocatoria de la Licitación LPCC-001/2020 Servicios Integrales de Análisis y Laboratorio
 Fecha: 21 FEBRERO 2020
 10:00 horas

No.	NOMBRE Y CARGO	FIRMA DEL TITULAR	VOCAL SUPLENTE	FIRMA DEL SUPLENTE
1	LIC. MARÍA FERNANDA FUENTES FLORES DIRECTOR JURIDICO		LIC. JESÚS EDGARDO RUVALCABA ROMERO	
2	LCP. GERARDO DE ANDA ARRIETA CONTRALOR INTERNO		Lic. Emilio Gabriel Vargas Camberos	
3	LIC. MARGARITA ZEPEDA TAPIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
4	LIC. ROBERTO CÁRABES QUINTERO JEFE DE RECURSOS MATERIALES			
5				
6				

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO"**

ADMINISTRACIÓN 2018-2021





LISTA DE ASISTENCIA JUNTA ACLARATORIA COMITÉ DE ADQUISICIONES

Convocatoria de la Licitación LPCC-001/2020 Servicios Integrales de Análisis y Laboratorio

Fecha: 21 FEBRERO 2020

10:00 horas

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE		EMPRESA PARTICIPANTE	FIRMA
1	Marisol Herrera Macias	mherrera@fisce.com.mx 3312466513	Grupo Fisce Empre- sarial SA de CV	
2	ANDRES ARLEY AGUILA	arley@dadialmedica.com .mx	DADIAL MEDICA	
3	Jael Sarahi Pérez Sotelo	jael.perez@grupogapme- xico.com.mx	Distribuidora Quimica y Hospitalaria GAP, SA de CV.	
4	Irving Gutierrez Villaluz	irving.gutierrez@dicipa -com.mx	Dicipa Sade Cu.	
5				
6				